



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 14.08.2014.

БРОЈ: 1032

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОПРЕМА ЗА КЛИНИКУ ЗА ХЕМАТОЛОГИЈУ

Број јавне набавке 286K/2014

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу Управе за јавне набавке и
сајту Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на
додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПАРТИЈА:

1. „У партији 1, ставка 1.2, Замрзивац за дубоко замрзавање целија, да ли замрзивац треба бити опремљен рековима и боксовима за узорке и уколико треба, да ли је потребна комплетна или делимична попуњеност (нпр. 3/5, 4/5 запремине)?“

ОДГОВОРИ:

1. Начелно овакви замрзивачи се испоручују са већ унапред прилагођеним системом рекова или боксова за одлагање узорака или кеса са ћелијама. Како је у спецификацији апарата за замрзавање из партије 1, ставка 1.1 стављена напомена да омогућава замрзавање специјалних кеса за дубоко замрзавање ћелија од 450мл (нпр. Гамбро, Бакстер, Фенвол, Терумо, Милтенил...), очекивано је да овакав замрзивач буде опремљен са већ готовим системом рекова. Подразумева се да су ти рекови флексибилни и да се могу извадити и тиме прилагодити постојећим количинама кеса у самом замрзивачу у том тренутку. Ниједан од фабричких модела које смо имали прилику да видимо у земљи или иностранству, није имао рекове у свих 100% запремине, већ негде до 80-85% капацитета са тиме да је увек било могуће прилагодити унутрашњи систем непосредним потребама.

С поштовањем,