



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 19.08.2014.

БРОЈ: 1061

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА

Број јавне набавке 306K/2014

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу Управе за јавне набавке и
сајту Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на
додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 1 – ЦЕНТРИФУГА СА ХЛАЂЕЊЕМ:

1. „Позиција 1 – Тражена је центрифуга са поклопцем за топове због могућности стварања аеросола – Да ли сте подразумевали „BIOCONTAINMENT“ поклопце, обзиром да се ради о микробиологији и контаминација није узрокована само аеросоловима?“
2. „Да ли је прихватљив температурни опсег од -10°C до $+40^{\circ}\text{C}$ обзиром да је сваки произвођач својим техничким решењем обезбедио специјалне услове који су потребни за оптимални рад у микробиолошкој лабораторији?“
3. „Да ли је прихватљиво понудити „SWING-OUT“ ротор максималног капацитета 4x400 мл, са одговарајућим адаптерима за фалконе димензија 29-30x115 мм, запремине 50 мл чији би укупни капацитет био 16 епрувета од 50 мл?“

ПИТАЊА ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 2 – ДИГЕСТОР:

4. „У позицији број 12 конкурсне документације наведено је:
2 шуко утикача са инсталисаном снагом 2x2 kW јер ће унутар дигестора бити смештена 2 струјна потрошача:
1. центрифуга са 32 места и бројем обртаја до 8000 обртаја/минути са електричним напајањем.
2. вортекс (мешалица са вибрацијом)-са бројем обртаја до 2400 обртаја/минути са електричним напајањем.
Да ли корисник већ има наведене уређаје и треба да се понуди само дигестор са 2 шуко утикача наведене снаге или је потребно да понудимо и центрифугу и вортекс?“

ОДГОВОРИ:

1. Подразумевали смо **aerosol tight** поклопце јер се ради о дијагностици бацила туберкулозе, која је због могућег стварања инфективног аеросола одвојена од остатка микробиологије у лабораторију трећег нивоа безбедности. Ако „BIOCONTAINMENT“ или поклопци са био – блокатором подразумевају и заштиту од аеросола у коме је могуће присуство бацила туберкулозе онда се може ставити знак једнакости.
2. Прихватљив је температурни опсег од -10°C до $+40^{\circ}\text{C}$, али да центрифуга у току рада може да постигне температуру од 8°C колико је неопходно за обраду бацила туберкулозе.
3. Адаптери за фалконе димензија 29-30 x 115 мм, запремине 50 мл морају имати укупни капацитет 20 – 40 епрувета, што за 20 епрувета подразумева „SWING-OUT“ ротор максималног капацитета 4x750 мл, односно 5 места за фалконе по једном адаптеру.
4. Да, Одсек за паразитологију има наведене уређаје (центрифугу и вортекс) и треба да се понуди само дигестор са 2 шуко утикача

С поштовањем,