



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 1130.

Датум: 05.09.2014.

**ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ:
316 К /2014**

Партија бр.4: ОПЕРАЦИОНА ЛАМПА СА ВИДЕО СИСТЕМОМ

Питање бр.1:

Минималне техничке карактеристике главног светала ставка 1.10 и Минималне техничке карактеристике сателита ставка 2.11 чиме се дефинише облик лампе, у односу на овако постављен услов, захтевамо да извршите измену техничке спецификације и омогућите да се може понудити лампа која је троугаоног облика.

Један од веома битних разлога као недостатак лампи округлог облика је да при спајању Главог светла и сателита се не може добити хомогени извор светла и одсуство сенки за разлику од лампи троугаоног или сличног облика које формирају једну хомогену целину а самим тим и боље осветљење радног поља.

Наиме, обзиром да већина водедих светских производада има лампе које нису округлог облика (Maquet, Steris, Martin, Triumph) а LED технологије, захтевамо да због веће конкурентности а и сходно длану 10. Закона о ЈН и могућег дискриминишућег фактора омогућите и другим понуђачима да понуде своје производе.

У смислу ових чињеница надамо се вашем одговору на постављена питања, сматрајући да би

поједине делове конкурсне документације требало допунити обзиром да су исти недовољно прецизни и остављају доста простора за недоумице и рузличита тумачења а како би све било у духу позитивно правних прописа који регулишу ову материју.

ОДГОВОР: - Наручилац остаје при свом захтеву. Више модела различитих произвођача испуњава захтеване карактеристике.

СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ

Владан Долаш, дипл.правник