



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 18.09.2014.

БРОЈ: 1201

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОПРЕМА ЗА КЛИНИКУ ЗА ПУЛМОЛОГИЈУ

Број јавне набавке 348K/2014

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу Управе за јавне набавке и
Интернет страници Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на
додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

1. „А./ Техничке карактеристике по захтеву наручиоца - Партија 1. Фиброоптички бронхоскоп
Да ли је прихватљиво да пречник инсерционе тубе буде 6,2 мм?
Разлика од 0,2мм је уобичајена код различитих произвођача и нема суштински значај за
рад апарата. Клиника за Пулмологију дуги низ година (преко 10) ради са Pentax
фибербронхоскопима који имају пречник инсерционе тубе 6,2мм.
Молимо да Наручилац поступи у складу са Чланом 10. Закона о јавним набавкама,
омогући што је могуће већу конкуренцију и не ограничава учешће било ког понуђача,
изменом техничке карактеристике „Пречник инсерционе тубе 5,9 – 6,0 мм“ у „Пречник
инсерционе тубе 5,9 – 6,2 мм“.
2. „А./ Техничке карактеристике по захтеву наручиоца - Партија 1. Фиброоптички бронхоскоп
Пратећа опрема:
Да ли је наручилац грешком изоставио Форцепс за биопсију који је увек саставни део
стандардних аксесорија и који су сви произвођачи обавезни да испоруче уз апарат?
Приликом пуштања апарата у рад форцепсом се проверава проходност радног канала,
цена форцепса је садржана у цени апарата као и друге аксесорије, а појединачна цена је
око 25.000,00 динара. На овакав начин се даје могућност понуђачима да самовољно
уклоне форцепс из сета и не испоруче га наручиоцу.
3. Обавезни услов: „Најмање два стално запослена сертифицивана сервисера, обучена за
сервисирање предметне опреме код произвођача исте“
Да ли је прихватљиво да понуђач поседује сопствени сервис и сервисни сертификат за
најмање једног (1) сервисера за Партију 1. Фиброоптички бронхоскоп?
Због специфичности сервиса флексибилних ендоскопа ми као овлашћени дистрибутер и
сервис произвођача Пентах имамо једног сертифициваног и потпуно обученог сервисера
који обавља све сервисне интервенције као и генералне сервисе предметне опреме.
Такође, за исту врсту флексибилних ендоскопа и други произвођачи-понуђачи као што је
Olympus имају једног сертифициваног и обученог сервисера за територију Републике
Србије.

ОДГОВОРИ:

1. Пречник инсерционе тубе од 5.9 до 6мм се у нашој пракси (која није искључиво везана за
бронхоскопе марке PENTAX, као што се сугерише у допису) показао као оптималан за
потребе пре свега прецизне дијагностике и стагинга малигних болести плућа, што је
најчешћа индикација за фиброоптичку бронхоскопију. Не бисмо се сложили да је разлика
од 0.2мм пречника инсерционе тубе безначајна у практичном смислу, поготово при
узимању биопсија из дисајних путева сужених екстрамуралном компресијом или у
контроли крварења, посебно из горњих лобарних бронха.

2. Ми не видимо потребу за тим да се уз сваки бронхоскоп добије форцепс тј није неопходно да то буде услов који улази у техничке карактеристике и може да представља елиминишући фактор за понуђаче (пролазност радног канала се може проверити и четкицом за чишћење бронхоскопа или неким форцепсом који већ имамо у одељењу, приликом примопредаје инструмента, тако да тај аргумент не стоји). Форцепс није техничка карактеристика бронхоскопа, већ потрошни материјал, и да одбијемо или прихватимо неку понуду зато што нема односно има форцепс у додатној опреми, је апсурдно.
3. Најмање два сервисера су неопходан услов, пошто у случају одсуства једног сервисера из било ког разлога (боловање, годишњи одмор, отказ) постоји ризик од одлагања репарације бронхоскопа, која у великом броју случајева може бити хитна (Одељење бронхоскопије веома често је у претходном периоду радило само са једним бронхоскопом, па са одлагањем репарација има негативна искуства). Не треба посебно напомињати да се одлагањем поправке бронхоскопа, одлажу и бронхоскопије, које су од виталног значаја за пацијенте КЦС и на тај начин се угрожава њихово право на здравствену заштиту и благовремено лечење.
У складу са горе наведеним наручилац остаје при условима дефинисаним конкурсном документацијом.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
