



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 1541

Датум: 21.11.2014.

**ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ:
402 К /2014**

Partija 6) LAMINARNA KOMORA ZA RAD U ANDROLOŠKOJ LABORATORIJI

Stavka 2. "Površina radne ploče od 950 x 550 mm, sa grejnom pločom"

Pitanje: Da li je greška u kucanju "sa grejnom pločom" imajući u vidu da androloške komore ne sadrže grejnu ploču jer je zagrevanje spermatozoida nepotrebno/nepoželjno?

Odgovor: Poštovani, nije greška u kucanju. Molimo ponuđače da se pridržavaju traženih tehničkih karakteristika, a ne da uče osoblje vodeće univerzitetske klinike u zemlji da li je zagrevanje spermatozoida potrebno ili nepotrebno (poželjno/nepoželjno).

Partija 10) LABORATORIJSKA CENTRIFUGA

Stavka 1.6 Ukupan broj mesta u krstastom rotoru

Pitanje: Da li je prihvatljiv manji broj mesta za uzorke od 28 tj. 36 a tako da zadovolji eventualnu situaciju od 15 istovremenih IVF ciklusa/inseminacija istovremeno?

Odgovor: U tehničkim karakteristikama, što se kapaciteta tiče, dat je minimalan broj mesta za kivete (ukupno 36 mesta). Na ovo pitanje je već odgovoreno i odgovor glasi – Može se nuditi centrifuga koja ima veći kapacitet od traženog, ali broj mikrokiveta je minimalno 36.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
