



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ:

БРОЈ:

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА**

Број јавне набавке 430K/2014

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу Управе за јавне набавке и
сајту Клиничког центра Србије

**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на
додатно појашњење у вези са припремањем понуде:**

ПИТАЊА:

1. „Партија 6-Лабораторијски фрижидер:

Произвођачи који декларишу своје фрижидере као лабораторијски поседују одређене стандарде квалитета, безбедности и сигурности. Како то знатно утиче на цену оваквих уређаја, молимо Вас да прецизирате да ли Вам је неопходан фрижидер опште намене (кухињски) који ће бити локализован у лабораторији или фрижидер који испуњава неки од горе наведених стандарда (молимо да наведете детаљнију спецификацију)?“

2. „Партија 5-Мултиканална пипета:

Да ли треба понудити осмоканалну варијабилну пипету или дванаестоканалну варијабилну пипету наведених опсега запремина?“

ОДГОВОРИ:

1. Неопходан је фрижидер опште намене са дисплејом за мерење температуре.

2. Неопходна нам је осмоканална варијабилна пипета наведених запремина.

С поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК
КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ