



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 1713.

Датум: 17.12.2014.

**ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ:
434 К /2014**

Партија бр.1: Операциони сто

Питање бр.1: „Ставка 1.3 . Тренделенбург позиција +30°/-30° и више“

Да ли је за корисника прихватљив операциони сто са тренделенбург позицијом +25°/-25° ?

ОДГОВОР: - Не, није прихватљиво. Захтевана техничка карактеристика је минимална техничка карактеристика.

Питање бр.2: „Померање дела стола за положај ногу +80° и више / -90 ° и ниже“

Да ли је могуће понудити сто чије је померање ногу од +20 ° / -90 ° ?

ОДГОВОР: - Да, прихватљиво је. На ово питање је већ одговорено кроз појашњења бр.1677 од 12.12.2014.године

Питање бр.3: „Ставка 1.8. Рефлекс позиција 120° и мање са једном командом“

Да ли је за корисника прихватљив операциони сто са рефлекс позицијом 110° ?

ОДГОВОР: - Не, није прихватљиво. Захтевана техничка карактеристика је минимална техничка карактеристика.

Питање бр.4: „Ставка 1.11 Горња плоча мора бити из 6 секција: положај за главу, леђа, краће верзије за леђа за обе стране стола, седећи део и део стола за положај ногу који је раздвојив“

Да ли је за корисника прихватљив операциони сто са следећим сегментима : положај за главу, леђа, седећи део и део стола за положај ногу који је раздвојив?

ОДГОВОР: - Да, прихватљиво је. На ово питање је већ одговорено кроз измену конкурсне документације објављене 12.12.2014.године на Порталу ЈН и интернет страници Клиничког центра Србије.

Питање бр.5: „Ставка 10. 7. Тапацирунг стола треба да је лак за одржавање,са антидекубитним својством и да је дебљине до 80 mm“

Да ли је за корисника прихватљив операциони сто са тапацирунгом дебљине 75 mm?

ОДГОВОР: - Не, није прихватљиво. Захтевана техничка карактеристика је минимална техничка карактеристика.

ЧЛАН КОМИСИЈЕ
