



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 19.01.2015.

БРОЈ: 93

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПОРТАБИЛНИ АПАРАТ ЗА УЛТРАЗВУЧНЕ ПРЕГЛЕДЕ

Број јавне набавке 474К/2014

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и
интернет страници Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје додатно
појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

1.„У поглављу Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. под А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА ПОРТАБИЛНИ АПАРАТ ЗА УЛТРАЗВУЧНЕ ПРЕГЛЕДЕ, у Општим карактеристикама Наручилац под редним бројем 1.1. захтева : „**LCD колор монитор високе резолуције, дијагонале најмање 15”**“. Да ли ће Наручилац прихватити измену карактеристике тако да гласи „**ЛЦД колор монитор са густином пиксела по инчу минимално 110 PPI**“?

Како Наручилац није јасно прецизирао техничку карактеристику под редним бројем 1.1. већ навео да захтева „**монитор високе резолуције**“ што може да се тумачи на разне начине, молимо Вас да се изјасните и дефинишете захтевану **минималну** карактеристику.“

2.„У поглављу Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. под А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА - ПОРТАБИЛНИ АПАРАТ ЗА УЛТРАЗВУЧНЕ ПРЕГЛЕДЕ, у рап>**Модови прегледа и технологије снимања и обраде снимака** Наручилац под редним бројем 2.2. захтева : „**Формати приказа: Single(B), Dual(B+B), Quad (4B), B+M, B+D, Duplex, Triplex, Dual Live**“. Да ли је за Наручиоца прихватљива измена захтева у „**Формати приказа: Single(B), Dual(B+B), Quad(4B), B+M, B+D, Duplex, Triplex**“? Молимо Вас да прихватите наш предлог за измену захтеване карактеристике јер је дефинисана као искључујућа.“

3.„У поглављу Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. под А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА ПОРТАБИЛНИ АПАРАТ ЗА УЛТРАЗВУЧНЕ ПРЕГЛЕДЕ, у рап>**Модови прегледа и технологије снимања и обраде снимака** Наручилац под редним бројем 2.6. захтева : „**Приказ на пуном екрану додиром на један тастер**“. Да ли Наручилац прихвата измену захтева у „**Приказ на пуном екрану додиром на један тастер или могућност HD Zoom-а како се не би губио квалитет резолуције приликом увећања одређене тачке**“? Молимо Вас да прихватите наш предлог за измену захтеване карактеристике јер је дефинисана као искључујућа.“

4.„У поглављу Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. под А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА - ПОРТАБИЛНИ АПАРАТ ЗА УЛТРАЗВУЧНЕ ПРЕГЛЕДЕ, у **Модови прегледа и технологије снимања и обраде снимака** Наручилац под редним бројем 2.15. захтева : „**Архивирање слика у форматима: DICOM, BMP, TIFF, JPG, AVI**“. Да ли је за Наручиоца прихватљива измена наведеног захтева у „**Архивирање слика у форматима: DICOM, BMP, TIFF, JPG, AVI ili odgovarajuće**“.”

5.„Да ли Наручилац захтева да понуђено добро буде ново и из актуелног производног програма произвођача и на који начин потенцијални понуђачи доказују да је понуђено добро ново и из актуелног производног програма произвођача ?”

6.“Да ли Наручилац захтева да понуђена добра (**портабилни ултразвучни апарат и сонде**) морају бити регистровани у Агенцији за лекове и медицинска средства Р. Србије и да ли је потребно достави доказ тј. решење о упису медицинског средства у регистар медицинских средстава Р.Србије ?”

7.“Да ли Наручилац захтева да понуђач буде носилац решења за стављање у промет медицинског средства издатог од стране Агенције за лекове и медицинска средства Р.Србије?
Ако то није случај, шта је од документације неопходно приложити како би потенцијални понуђач доказао да је овлашћен од носиоца дозволе да нуди предметно добро?”

ОДГОВОРИ:

1. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.
2. Наручилац остаје при техничким карактеристикама датим у тачки 2.2. из разлога јер је наведени мод рада врло битан за постављање брзе и тачне дијагнозе а према објективним потребама установе терцијарне здравствене заштите.Навод потенцијалног понуђача да се ради о искључивој карактеристици није тачан,јер је наведени мод рада присутан код више светских произвођача.
3. Наручилац остаје при техничким карактеристикама датим у тачки 2.6. из разлога што приказ слике на пуном екрану није исто што и HD Zoom ,већ су то у потпуности различити прикази који се узајамно допуњују ,а не замењују један другог.
4. Наручилац остаје при техничким карактеристикама датим у тачки 2.15.
5. Наручилац захтева од понуђача да понуде искључиво нову (некоришћену) опрему која мора бити у оригиналној амбалажи произвођача.
- 6.Наручилац захтева да понуђено добро буде регистровано у Агенцији за лекове и медицинска средства Републике Србије и потребно је достави копију решења Агенције за лекове и медицинска средства о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава Републике Србије.
- 7.Наручилац не захтева да понуђач буде носилац решења за стављање у промет медицинског средства издатог од стране Агенције за лекове и медицинска средства Републике Србије.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
