



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број:09

Датум: 04.01.2017

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Потрошни материјал за потребе лабораторија Клинике за хематологију Број јавне набавке 545K/2016

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници

Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – Потрошни материјал за потребе лабораторија Клинике за хематологију, број 545K/2016, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 09.12.2016.године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање број 1: Молимо Вас за следеће појашњавање конкурсне документације на страни 05 конкурсне документације (за партију број 118) да ли је прихватљиво понудити минерално уље чија рефрактерности одступа од тражене за +/-3%? Да ли је прихватљиво понудити минерално уље у једном паковању од 50мл, уместо 5 паковања од 10мл, што је економски исплативије?

Одговор број 1: За добро из партије бр.118 неопходно је да понуђено добро испуњава захтев из конкурсне документације. Може се понудити свако уље чији је индекс рефракције 1.518 или бољи јер се тај тип уља користи за нестандартне апликације на врхунским микроскопима између осталог за микроскопију са променљивим фокусом приликом фотографисања.

Уље са рефрактерним индексом 1.515 (+/-3%) се користи за рутинску имерзиону микроскопију.

Питање број 2: Партија 35 – Да ли је прихватљиво понудити паковање од 1L и количину од 3 паковања? У складу са чланом 10 ЗЈН у циљу обезбеђивања конкуренције, молимо да измените конкурсну документацију тако да тражена количина буде у ml како би и други понуђачи могли да понуде одговарајући производ различитог паковања.

Одговор број 2: Прихватљиво је. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у делу који се односи на јединицу мере.

Питање број 3: Партија 44 – На основу Вашег одговора на захтев за додатно појашњење број 188 од 26.12.2016.године, молимо да се исправи количина 50mg и 50µg уколико је дошло до штампарске грешке.

Одговор број 3: У одговору на захтев за додатно појашњење број 188 од 26.12.2016.године, начињена је техничка грешка приликом куцања, па уместо 50mg треба да стоји 50µg.

Питање број 4: Да ли је прихватљиво понудити паковање од 50µg/ml што је већа концентрација од тражене? У складу са чланом 10 ЗЈН молимо да измените јединицу мере у µg што је у вези са траженим појашњењем, уместо паковања са спецификацијом у ml (1,25ml или 2,5ml) која није релевантна за тип предметног реагенса.

Одговор број 4: Прихватљиво је. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

Питање број 5: Партија 120 – Да ли је прихватљиво понудити Hot Start PCR кит од 200 реакција?

Одговор број 5: 250U се односи на концентрацију HotStar Taq полимеразе, а не на број реакција, тако да кит са HotStar Taq полимеразом од 200U није одговарајући.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
