



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 29.06.2015.

БРОЈ: 1047

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПАТОХИСТОЛОГИЈУ**

Број јавне набавке 239K/2015

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. „Да ли су прихватљиве димензије металних модли за партију 5 - 7x7x5mm, партију 6 - 15x15x5mm, партију 7 - 24x24x5mm, партију 8 - 30x24x5mm и за партију 9 - 37x24x5mm?“

ОДГОВОР:

1. Понуђене модле нису прихватљиве услед тога што димензије нису одговарајуће, а пре свега услед тога што се ради о плитким модлама. Такође је непознат и материјал израде, односно техничке перформансе калупа.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
