



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 887.

Датум: 17.07.2014.

**ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ:
250 К /2014**

Партија бр.2: РАДИОТРАНСПАРЕНТНИ ОПЕРАЦИОНИ СТО

Питање бр.1: „Ставка 9: Дводелни леђни део : - доњи моторни зглоб минимум +80°/-40° и више“. Да ли је прихватљиво понудити операциони сто са померањем доњег моторног зглоба од +70 ° /-40 ° јер одступање од само 10 ° не умањује функционалност стола а обезбеђује већу конкурентност међу потенцијалним понуђачима?

Питање бр.2: „Ставка 10: Део за главу са двоструким зглобом: опсег регулације предњег зглоба +/- 55 °“. Да ли је прихватљиво понудити операциони сто који поседује део за главу са двоструким зглобом опсега +45 ° /-90 ° како би се обезбедила већа конкурентност међу потенцијалним понуђачима?

Питање бр.3: „Ставка 12: Флех/Рефлех позиције аутоматски притиском на један тастер 220°/140 °“. Да ли је прихватљиво понудити операциони сто који поседује Флехл/Рефлех позиције већег опсега од траженог? Предлог да ставка гласи : „Флехл/Рефлех позиције аутоматским притиском на један тастер 220 ° и више/140 ° и мање.

Питање бр.4: „Ставка 14: Радна позиција стола са извлачивим ножицама (точкови подигнути). Да ли је прихватљиво понудити операциони сто који поседује централно механичко закључавање стола на сва четири точка ?

ОДГОВОР: - Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације у складу са ЗЈН.

Питање бр.5: „Ставка : 23.9 – Шипке за држање главе у седећем положају. Молимо да нам појасните о којим се шипкама ради.

ОДГОВОР: - Ради се о шипкама – држачима за Mayfield.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
