



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 833.

Датум: 10.07.2014.

**ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ:
254 К /2014**

Питање бр.1: „У Партији бр.2: - Фолије за паковање материјала за стерилизацију у плазма стерилизаторима, у ставци у ставци број 2.2 навели сте димензију производа - Фолије за паковање материјала за стерилизацију у плазма стерилизаторима, димензије 10 cm x 70 m. Да ли је грешком наручиоца наведена димензија 10 cm x 70 m, с обзиром да је дужина осталих добара у партији 100 m?“

ОДГОВОР: - У прилозима бр.3 и бр.6 подкрала се грешка у ставци 2.2 где стоји: „Фолије за паковање материјала за стерилизацију у плазма стерилизаторима, димензије 10 cm x 70 m“, уместо: „Фолије за паковање материјала за стерилизацију у плазма стерилизаторима, димензије 10 cm x 100 m“, како стоји у прилозима бр.7 и бр.8. Напомињемо да је у осталим ставкама Партије бр.2, дата права димензија фолија. Сви потенцијални понуђачи треба да за ставку бр.2.2 као и за остале ставке из Партије бр.2 понуде фолије чија је дужина ролне 100 m.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
