



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 29.07.2015.

БРОЈ: 1223

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕ ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ**

Број јавне набавке 263K/2015

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра
Србије

**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје
одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:**

ПИТАЊЕ:

1. „Да ли је прихватљиво понудити микроскоп који није уписан у регистар медицинских средстава издат од стране АЛИМС-а, с обзиром да га произвођач не декларише као IVD?“
2. „Да ли је прихватљиво понудити микроскоп који има стаклени сточић уместо захтеваног керамичког?“

ОДГОВОР:

1. Наручилац је конкурсном документацијом дефинио да микроскоп мора бити уписан у регистар медицинских средстава издат од стране АЛИМС-а.
2. Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације да сточић мора бити керамички.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
