



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 960.

Датум: 01.08.2014.

**ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ:
265 К /2014**

Партија бр.1: ДЕФИБРИЛАТОР

Питање бр.1: „Ставка 7.4. Поједини произвођачи имају светлосни индикатор квалитета не на папучицама, већ на монитору, што има своје предности, уочљив је свом присутном особљу, а не само оператеру. Да ли је могуће преформулисати ту ставку у нпр.: апарат мора да поседује светлосни индикатор квалитета,... без помињања где се налази?

ОДГОВОР: - Ова техничка карактеристика има своје практичне предности у односу на приказ квалитета контакта папучица са кожом пацијента на екрану уређаја. Како ову карактеристику испуњава више произвођача, Наручилац остаје при карактеристици захтеваној у Конкурсној документацији.

Питање бр.2: „Ставка 7.7. Ниво енергије 270 Ј. Стари модели су имали избор енергије максимално до 360 Ј. Нови, бифазични, примењују нову технологију ВТЕ и имају дупло мању максималну енергију, до 200 Ј, што је знатно повољније по пацијента, са мањим ударом се делује на организам. Максимална енергија 270 Ј је код неких произвођача, који примењују модификовану бифазичну технологију ВТW. С обзиром да у медицинском погледу нема никакве разлике по стање пацијента, мишљења смо да би избор енергије до 200 Ј био сасвим довољан и пружао веће могућности за понуду.

ОДГОВОР: - Како и ову карактеристику испуњава више произвођача, Наручилац остаје при карактеристици захтеваној у Конкурсној документацији.

Питање бр.3: „Ставка 7.9. ... са светлосним индикаторима на папучицама. Предлажемо исту измену, са истим образложењем, као за ставку 7.4.

ОДГОВОР: - Ставком 7.9 захтевано је: „Визуелна и звучна индикација напуњености енергије са светлосним индикаторима на папучицама“, па је одговор исти као и на Питање бр.1.

Питање бр.4: „У опису дефибрилатора није назначено које све параметре дефибрилатор треба да поседује, а из ставке 7.15 подешавање аларма произлази да су то: EKG, SpO2, капнографија EtCO2 и респирација. Да ли је то тачно?“

ОДГОВОР: - Апарат мора да има могућност приказа минимално 5 нумеричких вредности измерених параметара као што су на пример: HR, SpO2, PR, EtCO2, RR и слично. Прибор за SpO2 и EtCO2 није неопходно испоручити уз апарат." Може се закључити да је потребно да апарат има могућност касније надоградње прибором за праћење SpO2 и EtCO2. Мониторинг периферне сатурације кисеоника и капнографије је веома користан и чак строго препоручљив за праћење тока реанимације. Наведене опције се овом приликом не набављају, само због тренутно ограничених средстава, али се управо због тога оставља могућност касније надоградње.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
