



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 10.08.2015.

БРОЈ: 1305

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ КЛИНИКЕ ЗА ПУЛМОЛОГИЈУ

Број јавне набавке 281K/2015

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

Партија бр.3: Стационарни апарат за механичку вентилацију болесника

1. Вентилациони модови

Ставка 1. Волуменом контролисани:

- VC-CMV
- VC-SIMV
- VC-AC

Ставка 2. Притиском контролисани:

- PC-BIPAP
- PC-SIMV
- PC-AC
- PC-APRV
- PC-PSV

Ставка 3. Спонтани:

- SPN-CPAP/PS
- SPN-CPAP/VS

С обзиром да су ово скраћенице које користи искључиво произвођач „Draeger“, да ли је могуће понудити респиратор који има еквивалентне модове дисања али са другачијим скраћеницама?

2. Ставка 6: Респираторни (тидални) волумен 10mL – 3L

С обзиром да се у клиничкој пракси углавном користи опсег тидалног волумена 30-1500 мл, да ли је за корисника прихватљиво да се понуди респиратор са следећом карактеристиком :

- Респираторни (тидални) волумен 20mL – 2L

што одговара потребама у неонатологији, за децу и одрасле до 290 кг? Уколико није прихватљиво, молимо вас да нам дате клиничко објашњење за тражену вредност респираторног волумена

3. Ставка 8. РЕЕР подесив 0-50 mbar.

С обзиром да су у клиничкој пракси врло ретки случајеви где је потребно подесити РЕЕР преко 35 cmH₂O, а готово никад преко 40 cmH₂O, да ли је за корисника прихватљиво да вредност РЕЕР буде 0-45 cmH₂O . Уколико није прихватљиво, молимо вас да нам дате клиничко објашњење за тражену вредност РЕЕР

4. Ставка 12. Подешавање осетљивости тiggerа 0,2 – 15L/min.

Да ли је за корисника прихватљиво да се понуди респиратор са подешавањем осетљивости тригера 0,5 – 15L/min.? Уколико није прихватљиво, молимо вас да нам дате клиничко објашњење за тражену вредност

5. Ставка 13. Приказ / мониторинг параметара на екрану вентилатора:

(колор екран осетљив на додир минималне величине 15 инча, за приказ кривуља и параметара вентилације):

Да ли је за корисника прихватљиво да се понуди респиратор екраном величине 12 инча, који је сасвим довољан за приказ свих параметара вентилације, и кога уграђује већина реномираних светских произвођача?

Партија бр. 1: Мониторинг за неинвазивно мерење артеријског притиска, сатурације кисеоника и ЕКГ-а

Ставка 7. Додатак за неинвазивну капнографију

6. Да ли је ова ставка опциона, или је потребно испоручити додатак и прибор за мерење неинвазивне капнографије?

Ставка 1. Портбилни монитор да може да се користи поред постеље пацијента

7. Да ли постоји захтев у вези минималне дијагонале екрана монитора?

ОДГОВОРИ:

1. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.
2. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.
3. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.
4. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.
5. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.
6. Додатак за неинвазивну капнографију је опциона ставка.
7. Наручилац није дефинисао посебан захтев у вези минималне дијагонале монитора.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
