



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 14.08.2014.

БРОЈ: 1031

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОПРЕМА ЗА КЛИНИКУ ЗА ХЕМАТОЛОГИЈУ

Број јавне набавке 286K/2014

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу Управе за јавне набавке и
сајту Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на
додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПАРТИЈА:

1. „Чланом 10. ЗЈН је прописано да је понуђач дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију. У конкурсној документацији, у партији број 1, 1.1 Апарат за програмирано замрзавање ћелија у течном азоту са пратећим контејнером за течни азот и додатном опремом, на територији Републике Србије може да понуди само један понуђач. На основу тога замолили бисмо вас да конкурсну документацију прилагодите, јер сте оваквим формирањем партије нарушена основна начела ЗЈН, начело обезбеђивања конкуренције и начело једнакости понуђача?“
2. „Да ли уместо интегрисаног штампача постоји могућност инсталације издвојеног у оквиру радне јединице где се налази ПЦ. Ако већ постоји ПЦ радна станица логично је да је штампач спојен на њу а не уграђен у замрзивач?“
3. „Да ли је прихватљиво да врата буду метална са стакленим прозорчићем, ради визуелног праћења процеса замрзавања?“

ОДГОВОРИ:

1. Према нашим подацима у земљи постоји више понуђача наведене опреме, мада је она веома специфична и у Србији постоји свега неколико институција које имају инсталирану опрему овог типа. Колико нам је познато две установе у Србији које се баве хематологијом, имају опрему за замрзавање матичних ћелија за потребе трансплантације у лечењу болесника са малигним болестима крви. Мислимо да је стога понуда опреме много већа од оне инсталиране. Познато нам је да за предметну опрему постоји више понуђача.
2. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.
3. Избор врата на апарату за замрзавање и визуелна контрола је такође део техничких решења апарата. Визуелна контрола замрзавања у облаку течног азота у комори није баш идеално решење за онога ко ради на самом апарату и због тога апарат за замрзавање мора да има сонде и сензоре за узорак и комору што је неопходан услов. Визуелна контрола најчешће се користи да се види да ли улази довољно азота у комору и да ли је присутно физичко оштећење специјалних кеса за замрзавање. Постоје решења и са целокупним поклопцем од плексигласа или сличних материјала, такође са идејом визуелне контроле. Комора за замрзавање мора да буде од посебних челика отпорних на течни азот и врло ниске температуре, а прозор за посматрање на вратима се може прихватити само уз услов да је сертификован од стране произвођача да је високо отпоран на температурне промене али и деловање физичке силе, као и да се кроз систем сервисирања и дужине доступности делова омогући могућност његове брзе замена уколико дође до оштећења или пуцања истог.

С поштовањем,