



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 1116.

Датум: 01.09.2014.

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 288 К /2014

Партија бр.5: ИНЈЕКТОР КОНТРАСНОГ СРЕДСТВА

Питање бр.1:

1. Konkurskom dokumentacijom za javnu nabavku br. 288K/2014, partija 5. Injektor kontrastnog sredstva, između ostalog traži se u tački 1.3 da angio injektor poseduje mogućnost Zagrevanja šprica – grejač šprica.

Naše pitanje glasi:

Da li će biti prihvatljivo ako ponudimo angio injektor koji ne poseduje grejač, jer se u suprotnom dovodi u pitanje načelo obezbeđivanja konkurencije po čl. 10 ZJN?

2. Konkurskom dokumentacijom za javnu nabavku 288K/2014, partija 5. Injektor kontrastnog sredstva, pod tačkom 1.7 traži se da angio injektor poseduje: Mogućnost napunjenih špriceva pod visokim pritiskom i praznih špriceva od minimum 100 ml.

Naše pitanje glasi:

Da li će biti prihvatljivo ako ponudimo angio injektor koji u sebi sadrži mogućnost korišćenja špriceva od minimum 100 ml?

Smatramo da ukoliko bi ponuđač ponudio angio injektor sa već napunjenim špricima unapred odredio dobavljača kontrastnog sredstva.

ОДГОВОР:

Одговор на питање бр.1.1: С обзиром на потребе ангиографских процедура да контрастно средство буде загрејано на адекватној температури, делимично се прихвата захтев потенцијалног понуђача, те се технички захтев мења и сада гласи:
1.3. Грејач шприцева или додатак за одржавање контрастног средства или „одговарајуће“

Одговор на питање бр.1.2: Предмет јавне набавке је набавка инјектора контрастног средства а не набавка контрастног средства. Наручилац својом тендерском документацијом није тражио ангио инјектор са већ напуњеним шприцевима, него могућност коришћења напуњених шприцева контрастним средством под високим притиском. Наручилац је тендерску документацију дефинисао спрам својих потреба те остаје при свом захтеву.

Питање бр 2:

Poštovani,

1. Страна 60 - A/Tehničke karakteristike po zahtevu naručioca
Pod rednim brojem 1.1. – stoji : „Konzola sa ekranom koji radi na dodir koja omogućava programiranje injekcije“

Pitanje: Da li se prihvata konzola sa ekranom koji ne radi na dodir (nije „touch-screen“)?

2. Страна 60 - A/Tehničke karakteristike po zahtevu naručioca
Pod rednim brojem 1.4. – stoji : „Sistem za detekciju vazduha i upozorenja“

Pitanje: Da li se prihvata uređaj koji ne poseduje sistem za detekciju vazduha i upozorenja?

3. Страна 19 – tačka 6 – „Uslov: 1) Najmanje dva stalno zaposlena, sertifikovana serviser, obučena za servisiranje predmetne opreme kod proizvođača iste. Dokaz: 1) Fotokopije sertifikata, radne knjižice i potvrde poslodavca da je navedeni serviseri u stalnom radnom odnosu u autorizovanom servisu.“

Pitanje – vezano za partiju 1 – Uređaj za reolitičku trombektomiju: Da li je za Naručioca prihvatljivo da je ponuđač ovlašćen za servis od strane proizvođača i da ima jednog stalno zaposlenog serviser, sertifikovanog od strane proizvođača, s obzirom da na teritoriji Republike Srbije trenutno postoji samo jedna ustanova koja koristi predmetni uređaj i smatramo da realna potreba za dva serviser na teritoriji Republike Srbije ne postoji, tim pre što se procedure sa predmetnim uređajem ne izvode svakodnevno te se uređaj ne koristi intenzivno i time je mogućnost kvara izuzetno mala?

Pitanje – vezano za partiju 5 – Injektor kontrastnog sredstva: Da li je za Naručioca prihvatljivo da je ponuđač ovlašćen za servis od strane proizvođača i da ima jednog stalno zaposlenog serviser, sertifikovanog od strane proizvođača, i ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa ovlašćenim servisom iz jedne od susednih zemalja, koji se odnosi na servisiranje predmetnog uređaja na teritoriji Republike Srbije, čiji bi odziv zadovoljavao rokove i uslove navedene u konkursnoj dokumentaciji?

U konkursnoj dokumentaciji ste jasno odredili vreme odziva servisa, kao i najduži rok za otklanjanje kvara na koje se ponuđač obavezuje i daje finansijsko obezbeđenje, što naručiocu garantuje sigurnost u ponuđačev servis.

4. Страна 32 – B/Ponuda – 5. Red „FABRIČKI BROJ“

Pitanje: Molimo da pojasnite šta podrazumevate pod fabričkim brojem.

ОДГОВОР:

Одговор на питање бр.2.1: Због лакшег руковања и контроле инјекторског система, Наручилац је дефинисао тендерску спецификацију справ својих потреба. Наручилац остаје при своме захтеву.

Одговор на питање бр.2.2: Због значаја процедура које ће бити извођене и ризика по пацијента извесно је да уређај за систем за детекцију ваздуха и упозорења је неопходан за нормално функционисање система, те Наручилац остаје при своме захтеву.

Одговор на питање бр.2.3 и 2.4: У Конкурсној документацији је захтеван је услов:

„1) Најмање два стално запослена, сертификована сервисера, обучена за сервисирање предметне опреме код произвођача исте.

2) Ауторизовани сервис за сервисирање опреме.

Доказ:

1) Фотокопије сертификата, радне књижице и потврде послодавца да је наведени сервисер у у сталном радном односу у ауторизованом сервису.

2) Потврда о ауторизованом сервису издата од стране произвођача опреме.

Напомена:

Уколико понуђач у исто време није и овлашћени сервис, потребно је доставити и Уговор између понуђача и сервиса“

Уколико је фирма са којом имате потписан уговор о пословно-техничкој сарадњи регистрована као сервис за сервисирање опреме и ауторизована од стране произвођача опреме, потребно је уз понуду доставити копије:

- потврде о ауторизованом сервису
- важећи уговор о пословно-техничкој сарадњи између понуђача и ауторизованог сервиса
- захтеване доказе за сертификоване сервисере

Одговор на питање бр.2.4: Под фабричким бројем се подразумева број под којим је уређај произведен. У случају да понуђач у фази припреме понуде није у могућности да наведе фабрички број може у пољу где је потребно уписати исти назначити да ће број бити познат приликом испоруке предмета набавке или једноставно оставити непопуњено поље.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
