



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 417

Датум: 20.03.2015. године

**ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ:
28 КМ / 2015**

Питање: Molim Vas da nam pojasnite zahtev Naručioca u Tabeli A / Tehničke karakteristike po zahtevu naručioca, redni broj 11. Mogućnost sterilizacije špatule bilo kojom metodom hladne sterilizacije.

Obzirom da je u pitanju medicinski optički instrument koji sadrži i kameru, ne može se primenjivati bilo koji metod hladne sterilizacije, stoga predlažem da se na kraju rečenice doda:

Mogućnost sterilizacije špatule bilo kojom metodom hladne sterilizacije, a koja je namenjena za sterilizaciju termolabilnih medicinskih instrumenata i pribora sa optikom i kamerom.

Odgovor: Naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije.

Комисија за јавну набавку
