



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД , Пастерова 2, СРБИЈА

Број: 1123

Датум: 10.08.2018. године.

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Услуге одржавања - Скенер Aquilion prime, произвођача Toshiba, број јавне набавке: 295Т/2018, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Клиничког центра Србије дана 23.07.2018. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

“1: На страни 13 конкурсне документације тачком 1 захтева се: „Аптајм од 95% се односи на рад апарата 24 сата дневно 365 дана годишње.“

Иако смо прошле године доставили изјаву произвођача да се прекиди продуженом гарантном року неће толерисати и да нам је специјално дозвољено за потребе КЦС да чак уређај који није био под продуженом гаранцијом пребацимо у тај систем, јер то није политика произвођача, дошли смо у ситуацију да је стари уговор истекао и да нови неће бити потписан за бар 45 дана од истека старог уговора. Уз изузетене напоре успели смо, поновом протокола и устаљених норми да обезбедимо да апарат буде покривен и не испадне из система продужене гаранције.

Узимајући у обзир све наведено и да ће КЦС добити бесплатно још то додатно време да ли се прихвата измена овог захтева тако да гласи: „Аптајм од 95% се односи на рад апарата 24 сата дневно 365 дана годишње уз одобрени бонус од 35 дана аптајма невезано за захтев од 95%. те ће се сматрати да је апарат радио мање од 95% ако буде ван функције дуже од 53 дана“, као и да се наведена формулација уведе у све остале делове конкурсне документације ?

2: На страни 13 конкурсне документације тачком 2 захтева се: „Као нерадно време тј. време када апарат није у функцији, се подразумева време од пријаве кvara апарата, коју врши надлежно лице из Службе за техничке и друге послове, до поправке апарата (укључујући дефектажу, испоруку и уградњу делова).“.

У досадашњој пракси се показало да је више пута био упућен захтев за сервис, извршена дефектажа и замењен део и поправљен апарат а да је апарат у истом или благо смањеном капацитету радио и на апарату прегледано и до 150 пацијената дневно.

Из тог разлога да ли прихвате измену овог захтева тако да гласи: „Као нерадно време тј. време када апарат није у функцији, се подразумева време од пријаве кvara апарата, коју врши надлежно лице из Службе за техничке и друге послове, до поправке апарата (укључујући дефектажу, испоруку и уградњу делова), под условом да је апарат у потпуности дефектан, тј. да од пријаве кvara до поправке апарата није прегледан ниједан пацијент“?

ОДГОВОРИ:

1. Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације.
2. Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације.