



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 1102.

Датум: 29.08.2014.

**ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ:
299 К /2014**

Питање бр.1: „ У тендерској документацији за јавну набавку бр. 299К/2014 наведени су медицински инструменти по партијама са одређеним димензијама.

Обзиром да у тендерској документацији нису наведена, нити прецизирана одступања за медицинске инструменте, то вам овим путем постављамо следеће питање:

Да ли су за медицинске инструменте у партији број 1,2,3,4,5,6 и 7 дозвољена одступања у смислу димензија, односно величине и у ком обиму? (можете да прецизирате доња и горња граница)

ОДГОВОР: - Дозвољена одступања од захтеваних димензија хируршких инструмената конкурсном документацијом, за јавну набавку бр. 299К/2014, су $\pm 5\%$.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
