



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 802.

Датум: 07.07.2014.

**ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ:
179 К /2014**

Питање бр.1: „У Партији 7 – дефибрилатор- у ставци 7.6 тражите да време пуњења празне батерије буде 3h. Да ли ћете прихватити апарат са временом пуњења до 5h?“.

ОДГОВОР: - За Наручиоца није прихватљив дефибрилатор чије је пуњење празне батерије дуже од 3 сата , тако да остаје при захтеву из минималних техничких карактеристика за ову партију.

Питање бр.2: „У Партији 7 – дефибрилатор- у ставци 7.8 тражите брзину пуњења до 270J за максимум 5 секунди. Да ли ћете прихватити апарат са могућношћу избора енергије до 360J и временом пуњења мањим од 6 секунди до 200J или 8 секунди до 360J?“

ОДГОВОР: - Потребно је да се за 5 секунди напуни енергија дефибрилације до 270J, а не само до 200J. Наручилац остаје при захтеву из минималних техничких карактеристика за ову партију

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
