



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, Пастерова 2
СРБИЈА

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ (хемикалије, стакло и др.) ЗА ПОТРЕБЕ ЛАБОРАТОРИЈА У КЦС број јавне набавке: 229К/2016, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Клиничког центра Србије дана 30.05.2016.године. У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

1. На страни 57. конкурсне документације наводите под тачком 3. да је захтевани квалитет хемикалија па, пх еур, а у самој табели опис партија наводите за коју је партију потребно понудити тражени квалитет, ра, рн еур, НРЛС и сл. Да ли је одговарајуће пратити квалитете наведене у табели са описом партија обзиром да су неке од тражених хемикалија квалитета за микроскопију, за НРЛС, индикатори и сл? Такође наводите да је тражени квалитет Sigma, Merck или одговарајући. Из досадашњег искуства знамо да су Вам одговарајући и квалитети Зорка, Центрохем, НРК и сл. па Вас молимо да одговорите да ли ће бити прихваћене хемикалије поменутих произвођача – Зорка, НРК, Центрохем?
2. Партије 8, 9 и 10 су захтеване у НРЛС квалитету. Да ли је одговарајуће понудити увозне киселине па квалитета које се користе за припрему узорака за ХПЛЦ а које производјачи не декларишу као НРЛС граде обзиром да се не користе за апарат већ за припрему? Поменути ставке се не производе у НРЛС квалитету.
3. Да ли је за партију одговарајуће понудити медицински бензин без ознаке па обзиром да се па не производи?
4. Да ли Вам је за партију 69 потребно gvozdje(II) ili gvozdje(III)-sulfat обзиром да се назив и наведена формула не поклапају?
5. Да ли је за партију 78 одговарајуће понудити хемикалију без ознаке па обзиром да је индикатор у питању?
6. Да ли су одговарајућа паковања за партије 81-84 500ml? Уколико нису молим Вас назначите величину паковања.
7. Да ли је одговарајући puffer за партију 83 puffer рН 7,413 обзиром да тражени puffer не проналазимо код различитих произвођача? Уколико није молим Вас да наведете произвођача и каталогски број који је одговарајући.
8. Да ли је за партију 153. Одговарајућа димензија епрувете 10x70?
9. Да ли је за партију 189. Одговарајуће понудити erlenmayer уског грла обзиром да код различитих произвођача не проналазимо erlenmayer od 5l широког грла?
10. Молим Вас за појашњење димензија пипета по pasteru – партија 168? Која запремина Вам је потребна?

11. Молим за појашњење димензија покровних стакала и величине паковања иа партије 175. Обзиром да наведене димензије не проналазимо?

ОДГОВОРИ:

1. Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације.
2. Конкурсна документација ће бити измењена у складу са питањем
3. Конкурсна документација ће бити измењена у складу са питањем.
4. Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације - gvozdje(II) –sulfat.
5. Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације.
6. Конкурсна документација ће бити измењена у складу са питањем.
7. Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације.
8. Конкурсна документација ће бити измењена у складу са питањем.
9. Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације.
10. Конкурсна документација ће бити измењена.
11. Конкурсна документација ће бити измењена у складу са питањем.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ