



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 915.

Датум: 23.07.2014.

**ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ:
250 К /2014**

Партија бр.2: РАДИОТРАНСПАРЕНТНИ ОПЕРАЦИОНИ СТО

Питање бр.1: У делу Минималне техничке карактеристике, ред. бр. 5 стоји:

„Регулација висине стола без јастука: минимална висина од 650 mm и ниже, максимална висина од 950 mm и више“

Да ли је прихватљиво понудити операциони сто са минималном висином 681 mm а чија је максимална висина преко 1100 mm обзиром да одступање од само 3,1 cm никако не утиче на квалитет операционог стола и квалитет рада?

Питање бр.2: У делу Минималне техничке карактеристике, ред. бр. 13 стоји:

„Точкови двоструки, пречника минимум 150 mm, окретни око вертикалне осе“

Да ли је прихватљиво понудити операциони сто који поседује 4 појединачна точка (нису дупли), пречника 100 mm, покретљива у свим правцима, али који могу поднети далеко веће оптерећење тј. већу носивост (500kg) од захтеване?

Питање бр.3: У делу Минималне техничке карактеристике, ред. бр. 17 стоји:

„Максимална ширина стола преко шина 580-600 mm“

Да ли је прихватљиво понудити операциони сто чија је ширина са бочним шинама 560 mm, а који, при том, испуњава постављен захтев за ширином стола без шина? Опште је познато да преширок операциони сто може представљати сметњу оперативном тиму.

Питање бр.4: У делу Минималне техничке карактеристике, ред. бр. 19 стоји:

„Матраци: водонепропусни, антидекубитни, меки, пуњени пеном, X-рау пропусни, лако скидиви и отпорни на дезинфекциона средства, минималне дебљине 80 mm“

Да ли је прихватљиво понудити операциони сто који поседује тапацирунг дебљине 60 mm, врхунског квалитета и који испуњава све остале захтеве?

Сматрамо да би овај наш предлог требало уважити обзиром да дебљина тапацирунга није од битног значаја уколико исти већ испуњава све остале постављене захтеве.

ОДГОВОР: У „Осталим обавезним условима“ на страни 39 од 49 Конкурсне документације, у тачки 1 стоји: „Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Прилогу бр.7. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном понуде неће бити узете у даље разматрање“. У овој тачки је садржан одговор на постављено питање.

Питање бр.5: У делу Минималне техничке карактеристике – Додатна опрема стола, ред. бр. 24.4 стоји: „Носач анестезијског прибора“. Молим да нам додатно појасните овај додатак. Да ли се овде мисли на лиру?

ОДГОВОР: Да.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
