



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 903.

Датум: 21.07.2014.

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 253 К /2014

Партија бр.1: ЕЛЕКТРОХИРУРШКИ МОНО-БИПОЛАРНИ НОЖ

Питање бр.1:

Техничка карактеристика под редним бројем 1.6: „Могућност прикључка две повратне електроде истовремено, код екстремно гојазних пацијената, преко 200 килограма, превенција могућих опекотина“

Како сте техничким карактеристикама специфицирали да монополарни модови функционишу искључиво са повратним електродама са системом за превенцију опекотина и захтевате потпуно аутоматско индивидуално прилагођавање аларма повратне електроде пацијенту, регистравање и праћење отпора током операције, молимо Вас да нам појасните који је разлог захтевања две повратне електроде. Такође, код монополарних модова, струјни ток дефинисан је на следећи начин: Од генератора - преко активне електроде-пацијент-повратна електроде-струјни круг се завршава у генератору. Када бисте имали две повратне електроде, струјни круг би се затворио преко једне (и то оне ближе активної електроди јер струја тражи пут мањег отпора), а друга би беспотребно стајала ту.

ОДГОВОР: - С обзиром да обе електроде иду на исти прикључак и имају исту дужину кабла нема могућности да се струјни круг затвори преко једне. Ове две електроде функционишу као једна велика електрода. Због разлике у проводљивости ткива, код екстремно гојазних пацијената, а због избегавања могућности стварања опекотина, далеко је безбеднији рад са две електроде.

Питање бр.2:

У делу бр. 2. „Обавезан неопходан прибор“, под тачком: „2.2. Једнократна монополарна оловка са троструким механизмом активације реза, коагулације и дисекције са хемстазом минимум 4,6м силиконским каблом, вишестратним ножићем који се окреће у оловци. Могућност подешавања снаге из стерилног оперативног поља.“

Молимо Вас да нам појасните шта тачно подразумевате под овом карактеристиком, односно шта подразумевате под троструким механизмом.

Питање у вези дужине кабла за неопходан прибор:

„Да ли ће наручилац прихватити каблове дужине мање од 4,6м (нпр. 4,5м) или како је у једној ставци напоменуто- кабл 4-5 метара дужине?“

ОДГОВОР: - Под троструким механизмом подразумева се да монополарна оловка има:

- 1. CUT MODE (рез) са свим својим варијантама**
- 2. Коагулациони мод са свим својим варијантама**
- 3. Мод дисекције са хемостазом**

Могућност рада из стерилног оперативног поља омогућава хирургу да подешавање јачине струје врши самостално према потреби у току рада без асистенције било кога из свог тима.

Наручилац ће прихватити све понуде као одговарајуће које понуде дужине силиконских каблова од 4,5 метара.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ