



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 05.08.2015.

БРОЈ: 1283

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕ ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ**

Број јавне набавке 263K/2015

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. „Тачком 6 техничких карактеристика тражени су светлосно синхронизовани објективи, односно врста објектива која у себи има уграђене НД филтере. Обзиром да ови филтери пригушују односно обарају интензитет светла, те да је због тога потребно и за најмања увећања држати интензитет светла на високом нивоу (што скраћује животни век сијалице), као и због чињенице да други понуђачи који задовољавају остале захтеве тендерске документације као и захтеване техничке карактеристике, не могу да понуде све тражене светлосно синхронизоване објективе, да ли је дозвољено понудити стандардне објективе тражених увећања као и микроскоп који има уграђене НД филтере који се у зависности од потреба корисника могу постављати у светлосни пут?

ОДГОВОР:

1. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
