



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 1134

Датум: 08.09.2014. године

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 288 К /2014

Партија број 2: Заштитна опрема (оловно стакло, плафонски монтирано заштитно стакло, заштитни застор)

ПИТАЊЕ број 1: У предмету: Понуда (страна број 13) стоји:

2 Заштитна опрема

2.1. Оловно стакло комада 1

2.2. Плафонски монтирано стакло 1 ком

2.3. Заштитни застор

Халогена лампа се у предмету понуде не тражи.

Она се наводи у техничким карактеристикама по захтеву наручиоца (страна 37) под редним бројем 2:

2 Плафонски монтирано заштитно стакло стакло за заштиту горњег дела тела

2.1. Плафонски монтирана халогена лампа интензитета најмање 30.000 лукса

Из техничких карактеристика закључује се да је халогена лампа, која је под дозволом Агенције за лекове и медицинска средства, интегрисана у плафонски монтирано стакло.

Заштита горњег дела тела, односно плафонска конструкција са носећим стубом и својим крацима служи да равноправно носи и/или заштитно стакло и/или халогену лампу.

Примарни део ове заштите је плафонска конструкција, а заштитно светло и халогена лампа су опције.

Халогена лампа треба у предмету понуде (страна 13) да има свој редни број.

Сматрамо да је потребно допунити и усагласити конкурсну документацију како се понуђачи не би довели у заблуду.

ОДГОВОР на питање број 1: Наручилац је техничку спецификацију дефинисао спрам својих потреба. Наручилац остаје при свом захтеву.

ПИТАЊЕ број 2: Заштитни застор за доњи део тела монтиран на столу.

У конкурсној документацији за партију број 2 (техничке карактеристике, страна 37), тражи се под тачком 3.1. да на носећој шипки буде монтиран једноделни заштитни застор (завесица), направљена од флексибилне оловне гуме.

Наше питање гласи:

Да ли ће се прихватити оловни панели направљени од флексибилне гуме траженим димензијама (редни број 3.2, 3.3), јер се у супротном доводи у питање начело обезбеђивања конкуренције по члану 10 ЗЈН?

ОДГОВОР на питање број 2: Наручилац је техничку спецификацију дефинисао спрам својих потреба. Наручилац остаје при свом захтеву.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
