



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 21.08.2014.

БРОЈ: 1068

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОПРЕМА ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ ЗА ГАК

Број јавне набавке 293K/2014

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу Управе за јавне набавке и
сајту Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на
додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА ЗА ПАРТИЈУ 8 – ЛАБОРАТОРИЈСКА ЦЕНТРИФУГА:

„Чланом 10. ЗЈН је прописано да је наручилац дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће
већу конкуренцију. У конкурсној документацији, у партији број 8 – Лабораторијска центрифуга
наведене су минималне техничке карактеристике које по траженим димензијама (тачке 5, 6 и 7)
одговарају само једном моделу једног произвођача, коју на територији Републике Србије може да
понуди само један понуђач. На основу тога замолили бисмо вас да конкурсну документацију
прилагодите, јер сте оваквим формирањем партије нарушили основна начела ЗЈН, начело
обезбеђивања конкуренције и начело једнакости понуђача.

У минималне техничке карактеристике нису наведени нису наведени захтеви за ротор и епрувете

1. Молимо наведите врсту и брзину ротора коју центрифуга мора да поседује (swing-out, фиксни или микролитарски)?.
2. Колики број епрувета ћете користити? Које запремине, димензије и облик?
3. Да ли се наведена максимална брзина од 6000 обртаја односи на центрифуге или на максималну брзину центрифуге са захтеваним ротором?
4. Да ли је за тачку 5. прихватљива димензија 310x370x480 мм?
5. Да ли је за тачку 6. прихватљиво напајање од 230V, 50/60Hz, 310W?
6. Да ли је за тачку 7. прихватљива тежина од 35Kg?“

ОДГОВОРИ:

1. Остајемо при минималним техничким карактеристикама центрифуге које су дате, јер је тиме дата могућност већег избора понуда. Дата је тежина, димензије, напон, а минимални број епрувета су две. Користићемо епрувете са коничним и заобљеним дном.

С поштовањем,