



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 19.08.2014.

БРОЈ: 1062

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА**

Број јавне набавке 306K/2014

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу Управе за јавне набавке и
сајту Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на
додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 1 – ЦЕНТРИФУГА СА ХЛАЂЕЊЕМ:

1. „Да ли је прихватљиво понудити центрифугу распона температуре од -9°C до +40°C?“

ОДГОВОРИ:

1. Јесте прихватљиво понудити центрифугу са хлађењем распона температуре -9°C до +40°C, ако центрифуга у току рада може да постигне температуру од 8 °C колико је неопходно за обраду бацила туберкулозе.

С поштовањем,