



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 22.09.2014.

БРОЈ: 1219

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОПРЕМА ЗА КЛИНИКУ ЗА ПУЛМОЛОГИЈУ

Број јавне набавке 348K/2014

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу Управе за јавне набавке и
Интернет страници Клиничког центра Србије

**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на
додатно појашњење у вези са припремањем понуде:**

ПИТАЊА:

1. „Партија 2 - Холтер за крвни притисак, у минималним техничким карактеристикама су наведени: под тачком 4. димензије 2,5 x 7,0 x 10 цм) и под тачком 5. тежина без батерија 180г.
Да ли ћете прихватити холтер крвног притиска димензија 3 x 7,5 x 12,8 цм и тежине 200 г без батерија?“.

ОДГОВОРИ:

1. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
