



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 1766.

Датум: 24.12.2014.

**ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ:
434 К /2014**

Партија бр.1: Операциони сто

Питање бр.1: „Ставка 1.3 . Тренделенбург позиција +30°/ -30° и више“

Зашто није прихватљив тренделенбург +25°/ -25° ?

Питање бр.2: „Ставка 1.8. Рефлекс позиција 120° и мање са једном командом“

Зашто није прихватљива рефлекс позиција 110° и мање?

Питање бр.3: „Ставка 10. 7. Тапацирунг стола треба да је лак за одржавање, са антидекубитним својством и да је дебљине до 80 mm“

Зашто није прихватљив тапацирунг 75 mm?

ОДГОВОР: - На захтевана појашњења конкурсне документације за јавну набавку број 434К/2014 одговорено је изменом Конкурсне документације број 1765 од 24.12.2014.године које је објављено на Порталу јавних набавки и интернет страници КЦС дана 24.12.2014.године.

ЧЛАН КОМИСИЈЕ
