



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 13.08.2013.

БРОЈ: 647

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЕЛЕКТРОХИРУРШКЕ ЈЕДИНИЦЕ**

Број јавне набавке 127K/2013

По јавном позиву објављеном на порталу Управе за јавне набавке и на сајту Клиничког центра Србије

**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем дајем
одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:**

ПИТАЊЕ:

1. Да ли ћете прихватити понуду у колико се понуди уређај бољих карактеристика фреквенције 400kHz, у циљу обезбеђивања веће конкуренције?

ОДГОВОР :

1. По питању карактеристика наведеног апарата а везано за HF генератор наручилац ће у разматрање узети и понуде које за понуђене партије нуде добро генератора до 400kHz.

С' поштовањем,

ЗАМЕНИК СЕКРЕТАРА КОМИСИЈЕ

Душан Давидовић дипл.правник