



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, Пастерова 2,
СРБИЈА

Број: 1164

Датум: 20.08.2018. године.

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Технички потрошни материјал за мониторе различитих произвођача, број јавне набавке: 303Т/2018, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Клиничког центра Србије дана 02.08.2018. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

Захтев за додатно појашњење конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке добара – Технички потрошни материјал за мониторе различитих произвођача, редни број јавне набавке за текућу годину 303Т/2018

„У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама као потенцијални понуђач у отвореном поступку јавне набавке добара - Технички потрошни материјал за мониторе различитих произвођача, редни број јавне набавке за текућу годину 303Т/2018, достављамо вам следећи захтев за додатно појашњење конкурсне документације.

Увидом у спецификацију јавне набавке на странама 13-15 конкурсне документације, утврдили смо да се у партији 1: SpO2 сензори, у делу SpO2 сензор – за виšekратну употребу, у ставкама 1.18 и 1.19 налазе Mindray – MEC 1200/MEC 2000/PM 7000 /PM 9000-štipaljka и Mindray Benewiew T5-štipaljka, а у делу Спојини кабл за SpO2 сензор – за виšekратну употребу, у ставкама 2.11 и 2.12 налазе Mindray - MEC 1200/MEC 2000/PM 7000 /PM 9000 и Mindray Benewiew T5.

С обзиром да смо овлашћени дистрибутери произвођача опреме за територију Републике Србије, молимо вас да наведене ставке издвојите у посебну партију или исте избаците из конкурсне документације јер са вашом здравственом установом имамо закључене уговоре за сервисирање апарата произвођача Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.Ltd., као и уговор за набавку добара – потрошног материјала, у складу са којима би ваша здравствена установа могла да набавља предметна добра.

Скрећемо вам пажњу да су SpO2 сензори исти за све мониторе произвођача, те да ставке 1.18 и 1.19 већ набављате по закљученом уговору за потрошни материјал, а исти је случај и за спојни кабл за SpO2 сензор – за виšekратну употребу, за ставку 2.12.“

ОДГОВОР:

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са питањем.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ