



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 11.08.2014.

БРОЈ: 1011

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА**

Број јавне набавке 306K/2014

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу Управе за јавне набавке и
сајту Клиничког центра Србије

**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на
додатно појашњење у вези са припремањем понуде:**

ПИТАЊА ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 2 - ДИГЕСТОР:

1. „Да ли је прихватљиво понудити уређај чија је висина радне површине од пода 85 цм?“
2. „Да ли је прихватљиво понудити уређај чија је укупна висина 220 цм?“
3. „Да ли је прихватљиво понудити електричне прикључке 2x1 kW?“

ОДГОВОРИ:

1. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

С поштовањем,