



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 1260

Датум: 02.10.2014.

**ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ:
315 К /2014**

Питање бр.1: Техничке карактеристике по захтеву наручиоца тачка 1.2. односно 1.2.2. Високофреквентна линеарна сонда – фреквентни опсег 7,5-18 MHz или шире.

Да ли је за наручиоца прихватљиво да је горњи опсег фреквенце за ову сонду буде прихватљив од 16 MHz у случају да се ради о сонди напредне технологије компоновања кристалне матрице чиме се повећава пропусни опсег и трансмисијска ефикасност, а која омогућава веома ниску пенетрацију (1,5 cm), као сонде стандардне производње које не поседују ову технологију и којима је за постизање исте пенетрације и резолуције потребна фреквенца од 18 MHz?

ОДГОВОР: Наручилац ће извршити измену конкурсне документацију у складу са ЗЈН.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
