



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број:

Датум: 05.09.2014.

**ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ:
316 К /2014**

Партија бр.3: СУВИ СТЕРИЛИЗАТОР

Питање бр.1: „ПАРТИЈА БР.3 - СУВИ СТЕРИЛИЗАТОРИ - Минималне техничке карактеристике:

СТАВКА 1.2. - Запремина коморе 120 литара

У односу на овако постављен услов предлажемо да одобрите да запремина буде од 110 до 130 литара, јер већина светских произвођача производи коморе које су запремине приближно наведеног опсега. Инсистирање на комори од 120 литара је дискриминишући фактор за исте.

СТАВ.КА 1.3 - Температурни опсег од собне температуре до 200 степени Целзијуса
Предлажемо да темературни опсег буде до 250 степени Целзијуса. Задатим параметром се дискриминишу понуђачи који имају бољи опсег.

СТАВКА 1.11. Тежина уредаја до 43 кг

Тежина до 43 кг гарантује уређај произведен од материјала лошег квалитета јер сви уређаји таквог типа производени од квалитетнијих материјала су минималне тежине 75 кг.

ОДГОВОР: - На постављена питања је одговорено кроз измену конкурсне документације.

Партија бр.1: АПАРАТ ЗА АНЕСТЕЗИЈУ

Питање бр.1: Код прописаних обавезних техничких карактеристика апарата за анестезију, ставка 1.1 – Компактан апарат на мобилној конзоли максималне ширине 80 цм и дубине 80 цм, са могућношћу кочења точкова;

Апарат који желимо да вам понудимо је ширине 81 цм, тако да се надамо да би у циљу добијања што више исправних и одговарајућих понуда прихватили да максимална ширина апарата буде 81 цм, што је само 1 цм више него што је тражено првенствено.

ОДГОВОР: - У конкретном случају, Наручилац сматра да је наведена разлика у ширини занемарљива, тако да ће се таква карактеристика апарата прихватити.

Питање бр.2: „Да ли је за корисника прихватљиво да се ставка 1.17 промени у :

„Дигитални или механички приказ притиска гасова из централног довода или цилиндара“

Образложење: Дигитални приказ притисака гасова је карактеристика која нема никакву клиничку оправданост. Јако је битно да анестезиолог има увид у стање притисака централних гасова, а да ли је тај податак приказан дигитално или механички на манометру апослутно је небитно и не утиче на перформансе апарата за анестезију.

Осим тога с обзиром на класу медицинског уређаја и на висок ниво безбедности који је неопходно постићи, механичко приказивање притисака гасова има многе клиничке предности у односу на дигитално, као на пример да је много безбедније да апарат има читавање притисака на манометру, јер у случају отказивања екрана или нестанка електричне енергије анестезиолог и даље може да има увид у стање притиска гасова, док, ако је дигитално тј. приказано на екрану у виду броја губи тај податак.

ОДГОВОР: - Предлог није прихватљив, обзиром да је суштина захтева да је дигитални приказ притисака гасова видљив на екрану где су и сви остали параметри, што је лакше за праћење у раду, него у случају праћења ових вредности на сваком појединачном манометру на апарату. Наручилац остаје при свом захтеву.

Партија бр.2: РЕСПИРАТОР

Питање бр.1: „Ставка 1. 8. Минимални дисајни опсези подешавања: - P_{insp} : 1-90 cmH₂O Да ли је за корисника прихватљиво да се понуди респиратор са следећом карактеристиком : - P_{insp} : 5-100 cmH₂O?“

Образложење: С обзиром да се опсег 1-5 cmH₂O не користи у клиничкој пракси, већ су битније вредности у вишем делу опсега (50-90 cmH₂O), не постоји реална потреба да респиратор садржи опсег од 1-5 cmH₂O.

ОДГОВОР: Наручилац остаје при свом захтеву. Више модела различитих произвођача испуњава дати захтев у погледу опсега подешавања P_{insp}.

Питање бр.2: „ Да ли је за корисника прихватљиво да се понуди респиратор са следећом карактеристиком : - P_{insp} : 5-100 cmH₂O

Образложење: С обзиром да се опсег 1-5 cmH₂O не користи у клиничкој пракси, већ су битније вредности у вишем делу опсега (50-90 cmH₂O), не постоји реална потреба да респиратор садржи опсег од 1-5 cmH₂O.

ОДГОВОР: Наручилац остаје при свом захтеву и сматра да је јасно назначен разлог и сврха захтева. У конкурсној документацији је описано како се доказују минималне карактеристике опреме. Наручилац не може да прихвати изјаву о карактеристици уколико је она у супротности од званично декларисане, које је објавио сам произвођач (каталог, упутство), као и у супротности са описом карактеристика опреме како је она регистрована за промет у Србији код АЛИМС-а.

СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ

Владан Долаш, дипл.правник