



---

**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

---

Број:

Датум:

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ:  
УЛТРАЗВУЧНИ ДИЈАГНОСТИЧКИ УРЕЂАЈ  
Број јавне набавке 35 К /2013**

**Предмет: Одговор на захтев за појашњењем конкурсне документације**

**Питање бр.1: „ Да ли је прихватљиво за Наручиоца да поступи према Члану 10. ЗЈН и обезбеди већу конкуренцију међу понуђачима, на начин да допуни тражену техничку карактеристику тако да гласи: Мултифункционални ултразвук на бази последње генерације дигиталне технологије и softwera?“**

**ОДГОВОР: -** Понуђач може понудити и друге оперативне систем последње генерације али понуђени систем не може давати мање технолошке могућности од тражених, што ће понуђач доказати у својој понуди.

**Питање бр.2: „ Да ли је прихватљиво за Наручиоца да допуни тражену техничку карактеристику тако да гласи: Могућност истовременог прикључења мин 3 сонде оног типа којег се и набавља?“**

**ОДГОВОР: -** Понуђач може понудити апарат и са три истовремена прикључка и један механички прикључак. У Прилогу – Остали обавезни услови Наручилац је у тачки 1. Врло јасно навео да Понуђач мора да испуни минималне тражене техничке карактеристике. Тако да Понуђач може слободно да понуди и боље техничке карактеристике за које он сматра да су боље као што су три плус један прикључак.

**Питање бр.3: „ У вези захтеване техничке карактеристике под тачком 16 наше питање гласи, да с обзиром да Закон о ЈН прецизира да према начелу обезбеђивања конкуренције Наручилац не може да ограничи конкуренцију коришћењем дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума, да ли се горњи захтев може проширити на начин да и други понуђачи врхунских ултразвучних апарата могу учествовати на предметној ЈН, тј. да се тачки 16 у обрасцу Техничке карактеристике дода следеће: Програмирајуће старт-стоп дугме на сондама за промену сонде и апликације скенирања или програмирајући тастер са истим функцијама који се налази на функционалној тастатури апарата?“**

**ОДГОВОР:** - Наручилац је тражио да притиском на један тастер корисник може да мења функције рада апарата. Ово је тражено због брзине и ефикасности у раду апарата. У колико Понуђач сматра да такве захтеване операције корисник може добити и притиском на једно дугме тастатуре може понудити и такву опцију која ће бити прихватљива. Понуђач је дужан да то и докаже у својој понуди.

**Питање бр.4:** „ У вези захтеване техничке карактеристике под тачком 17 наше питање гласи, да ли ова техничка карактеристика може да се допуни и гласи: „Triplane sonda“ или микроконвексна end-fire сонда за преглед простате...?“

**ОДГОВОР:** - Наручиоцу тј. крајњем кориснику треба сонда која може радити прегледе у три равни, сагиталној, трансверзалној и end fire, односно истовремено biplane и end fire преглед. Ово је веома важно за биопсију простате у периферној зони у којој је у већини случајева и лоциран СА. Такође корисник тражи да може узимати биопсије у све три равни са веома великом прецизношћу. Ово је веома битан услов који Наручилац као врхунска здравствена установа мора да поседује. С тога Наручилац остаје код захтева за набавку наведене сонде уз могућност да се може понудити сонда са приближним ферквенцама која би давала исте резултате као и тражена сонда. Понуђач може понудити сонду која може радити исто као и тражена сонда или више. Такав квалитет сонде Понуђач ће потврдити у својој понуди.

**Питање бр.5:** „ Предлажемо да се техничке карактеристике допуне следећим елементима:

- Број фрејмова (слика) у јединици времена: мин 1000 fps
- Динамички опсег: мин 250 dB

У противном, Наручилац се унапред одлучује за апарат ниске резолуције који не одговара комплексним захтевима клиничке праксе.“

**ОДГОВОР:** - Наручилац је у Техничким карактеристикама тражио минималне техничке карактеристике. Понуђач има право да понуди апарат са техничким карактеристикама једнаким овим или бољим од њих. Наручилац неће допуњавати техничке карактеристике другим, предложеним од стране потенцијалних понуђача.

**ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ**

---

Проф.др Зоран Џамић