



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 1356

Датум: 24.10.2016.

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Хируршки инструменти и контејнери за стерилизацију
Број јавне набавке 369К/2016

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници

Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – **Хируршки инструменти и контејнери за стерилизацију**, број 369К/2016, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 14.10.2016.године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање број 1: Молимо Вас да дозволите минимална одступања у димензијама инструмената у партијама 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8?

Минимално дозвољеним одступањима омогућили бисте и другим понуђачима да учествују у јавној набавци а у складу са чланом 12. Закона јавних набавки којим је происано да је Наручилац дужан да у свим фазама поступка јавне набавке обезбеди једнак оложај свим понуђачима у циљу обезбеђења веће конкуренције у предметном поступку.

Одговор број 1: Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

Питање број 2: Техничка спецификација добара у партијама 2, 5 и 7 конципирана је на такав начин да омогућава само једном понуђачу да понуди одговарајуће производе за сваку ставку у партијама. Наиме поред стандардних инструмената додат је и специфичан инструмент (партија број 2, позиција 4; партија 2 – микро сет, позиција 6; партија 5, позиција 8) који може понудити само један понуђач.

Како Закон о јавним набавкама налаже Наручиоцу да услове за учешће у поступку одреди тако да они не дискриминишу остале понуђаче, молимо Вас да поменуте партије измените или одвојите у посебне партије и самим тим омогућите и осталим понуђачима да учествују у предметном поступку.

Одговор број 2: Спецификација је рађена у складу са потребама крајњих корисника (Клиника) и наручилац у свему остаје при захтевима из конкурсне документације, такође Наручилац указује да навод који је потенцијални понуђач изнео у свом захтеву за додатним појашњењем, неутемељен и неаргументован. Наручилац ће свакако размотрити све примедбе, сугестије и захтеве потенцијалних понуђача који за своје наводе понуде и адекватне доказе.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
