



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 504.

Датум: 07.05.2014.

**ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ:
151 К /2014**

Партија бр.3: УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ

Питање бр.1: „Да ли је за наручиоца прихватљиво да се понуди LED монитор дијагонале 18,5“ WIDE, са приказом слике од ивице до ивице “

ОДГОВОР: - Наручилац ће све понуде које уместо монитора захтеваног минималним техничким карактеристикама, понуде и LED монитор дијагонале 18,5“ WIDE, понуду сматрати прихватљивом.

Питање бр.2: „Да ли је за Наручиоца прихватљиво да се понуди апарат динамичког опсега система од 240 dB?“

ОДГОВОР: - Наручилац ће оценити као одговарајуће све понуде које понуде апарат динамичког опсега система од минимум 240 dB .

Питање бр.3: „Да ли су опсези сонди за Партију бр.3 елиминаторни“

ОДГОВОР: - У циљу повећања конкуренције Наручилац уместо сонди (ставка 24. из Минималних техничких карактеристика на страни 53 од 211) захтева сонде следећих карактеристика:

- Линеарна 2D сонда фреквенције 4.0 MHz - 11.0 MHz (± 1.0 MHz)
- Конвексна 2D сонда фреквенције 2.0 MHz - 5.0 MHz (± 1.0 MHz)
- Микроконвексна 2D сонда фреквенције 3.0 MHz - 10.0 MHz (± 1.0 MHz)

Партија бр.4: УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ ЗА ЈЕДИНИЦУ ИНТЕНЗИВНЕ НЕГЕ

Питање бр.1: „У Партији бр.4 у тачкама 10.4, 10.5 и 10.6 захтевате да систем подржава следеће сонде: Интраоперативну типа „Ti i l “, високо фреквентну „hockey stick“ линеарну сонду фреквенце од 18 MHz и TEE 2D сонде (трансезофагеална сонда). Сматрамо да је ово изразито елиминаторан захтев који није у логичној вези са предметом набавке: Ултразвучни апарат за јединице интензивне неге, а наведене сонде се не набављају овом јавном набавком. Вредност ових сонди превазилази вредност самог апарата (сама TEE сонда кошта око 2.800.000,00 динара са пдв-ом). Уколико Наручиоц намерава да набави ове сонде, молимо да наведете у складу са Законом о доступности информација од јавног значаја, када је планирана набавка ових сонди. Скрећемо пажњу да Наручилац не треба да елиминише велики број потенцијалних понуђача захтевима који нису у логичној вези са предметом јавне набавке.“

ОДГОВОР: - Наручилац усваја примедбе потенцијалног понуђача и одустаје од захтеваних минималних техничких карактеристика под редним бројевима: 10.4, 10.5 и 10.6 на страни 60 од 211 Конкурсна документације

Питање бр.2: „Да ли су опсези сонди за Партију бр.4 елиминаторни? Наручилац у оквиру једне партије захтева два различита одступања у фреквентном опсегу сонди ($\pm 1.0 \text{ MHz}$ и $\pm 0,5 \text{ MHz}$) и на овај начин елиминише велики број понуђача.“

ОДГОВОР: - У циљу повећања конкуренције Наручилац уместо сонди (ставка 23, 24, 25 и 26 из Минималних техничких карактеристика на страни 61 од 211) захтева сонде следећих карактеристика:

- 23. Линеарна 2D сонда фреквентног опсега $5.0 \text{ MHz} - 12.0 \text{ MHz}$ ($\pm 1.0 \text{ MHz}$)
- 24. Линеарна сонда са малим „footprint-om“ величине $11 \times 35 \text{ mm}$ ($\pm 2.0 \text{ mm}$) фреквентног опсега $7.0 \text{ MHz} - 17.0 \text{ MHz}$ ($\pm 1.0 \text{ MHz}$)
- 25. Конвексна 2D сонда фреквентног опсега $2.0 \text{ MHz} - 6.0 \text{ MHz}$ ($\pm 1.0 \text{ MHz}$)
- 26. Секторска 2D сонда фреквентног опсега $1.5 \text{ MHz} - 4.0 \text{ MHz}$ ($\pm 1.0 \text{ MHz}$)

СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ

Душан Давидовић, дипл.правник