



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 828.

Датум: 10.07.2014.

**ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ:
179 К /2014**

Партија бр.1: ПАЦИЈЕНТ МОНИТОР

Питање бр.1: „Да ли се прихавта измена ове тачке, тако да тачка 1.2 коначно гласи: “Монитор се састоји из две компоненте сабирне компоненте минималне величине екрана 3.5 инча и стационарне компоненте величине екрана минимум 19 инча обе осетљиве на додир. Навести произвођача за обе компоненте”?

ОДГОВОР: - Обе компоненте мониторинг система, сабирна и стационарна, морају бити од истог произвођача. Величина екрана у току транспорта пацијента је од великог значаја обзиром на број параметара. Зато неручилац остаје при захтеву да сабирни-транспортни монитор буде величине екрана минимум 10“.

Питање бр.2: „Да ли се прихавта измена ове тачке, тако да тачка 1.6 коначно гласи: “Мониторинг систем може истовремено да прикаже минимум 16 параметара и то мин. 12 кривих и мин. четири броја”?

ОДГОВОР: - Обзиром да се ради о мониторима који ће се користити у јединици интензивне неге на Клиници за кардиохирургију, где користи надзор више одвода ЕКГ сигнала и често више од 12 кривих, наручилац остаје при захтеву да мониторинг систем мора да прикаже истовремено 16 кривих.

Питање бр.3: „Да ли се прихавта измена ове тачке, тако да тачка 1.6 коначно гласи: “Монитор има могућност следећих параметара: EKG/HR/resp, SpO2, 2хтемпература, пулс, NIBP, капнографију, 4хIBP истовремено, PiCCO, C.O, FiO2 (помоћу сензора), BiS, NMT, tcpO2/CO2, EEG”?

ОДГОВОР: - Мониторинг за јединицу интензивне неге на клиници за кардиохирургију мора имати могућност да истовремено мери и више од 4 инванзивна притиска, тако да наручилац остаје при захтеву из минималних техничких карактеристика.

Питање бр.4: „Да ли се прихавта измена ове тачке, тако да тачка 1.12 коначно гласи: “Складиштење података минимум 96 часова са резолуцијом података од 5 минута?

ОДГОВОР: Захтевају се монитори дијагонале минималне величине 19“, зато је неопходно да трендови имају високу резолуцију узорковања података како би били прегледни на екранима минималне дијагонале 19“.

Питање бр.5: „Да ли се прихавта измена ове тачке, тако да тачка 1.13 коначно гласи: “Складиштење минимум 50 догађаја (events) за 24 часа”?

ОДГОВОР: - Свепонуде које имају могућност складиштења минимум 50 догађаја (events) за 24 часа, сматраће се прихватљивим.

Партија бр.2: РЕСПИРАТОР

Питање бр.1: „У оквиру Партије бр.2 улазе:

1. респиратор 4 ком, и
2. респиратор са неуроасистираном респирацијом 2 ком.

Да ли је за корисника прихватљиво урадити раздвајање ове две ставке у две посебне партије, ради постизања веће економичности и конкурентности?“

ОДГОВОР: - Како се ради о истоврсним добрима где је једина разлика између ставки један и два у томе што респиратори са неуроасистираном респирацијом поседују и модул за неуроасистирану вентилацију, а имајући у виду да се свих шест респиратора набавља за јединицу интензивне неге Клинике за кардиохирургију, то се управо због постизања веће економичности партија обликовала као једна. Имајући у виду и чињеницу да се сви респиратори набављају за једну просторију јединице интензивне неге, водило се рачуна и о обуци особља које ће радити у овој јединици за рад предметним респираторима.

Партија бр.7: ДЕФИБРИЛАТОР

Питање бр.1: Да ли се прихвата измена ове тачке, тако да тачка 7.7 коначно гласи: “Могућност избора нивоа енергије дефибрилације: до 200 Ј бифазично”?

Питање бр.2: Да ли се прихвата измена ове тачке, тако да тачка 7.8 коначно гласи: “Брзина пуњења од 2 до 200 Ј, са мрежним напајањем: максимум 5 секунди“?

ОДГОВОР: - На ова два питања одговор је већ дат кроз одговор бр. 802 од 07.07.2014. године.

ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Питање бр.1: „03.07 2014.год.је извршена промена седишта наше фирме у АПР-у,али је решење послато поштом,тако да га још увек нисмо примили.

Како је рок за предају понуда за: 1)ЈН бр.179К/2014-24.07 2014. Молимо за информацију о документима,која се прилажу у сврху доказивања испуњености услова,у складу са чланом 75,76 И 77.Закона о јавним набавкама: Да ли је могуће приложити решење о упису у Регистар понуђаца из АПР-а са новом адресом,а да сва друга документа(пореска уверења,решење Министарства здравља итд)буду са старом адресом,јер не постоји техничка могућност да на свим документима извршимо промену адресе у кратком року и да ли би сте прихватили накнадно наше писмено обавештење о промени адресе и на осталим документима или је потребно вас информисати на неки други начин.

ОДГОВОР: - За наручиоца је прихватљиво да потенцијални понуђач приложи Решење о упису у Регистар понуђача са новом адресом седишта, а да остала документа гласе на понуђача са старом адресом седишта. Неопходно је да се ради о истом правном лицу, што ће потенцијални понуђач доказати достављањем одговарајућег Решења АПР –а о измени седишта правног лица или ће наручилац то утврдити у фази стручне оцене понуда.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ