



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 933.

Датум: 25.07.2014.

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 250 К /2014

Партија бр.2: РАДИОТРАНСПАРЕНТНИ ОПЕРАЦИОНИ СТО

Питање бр.1: „Захтев бр. 4. Контролно – извршни систем стола: Микропроцесорска контрола са светлосно звучним упозорењима и РС сервисном дијагнозом, да ли је за наручиоца прихватљива понуда добра који има Микропроцесорску контролу са светлосним упозорењима И ПЦ сервисном дијагностиком, упозорењима на могуће сударе, приказом кодова грешака и индикацијама неисправности преко колор дисплеја?“

ОДГОВОР: У „Осталим обавезним условима“ на страни 39 од 49 Конкурсне документације, у тачки 1 стоји: „Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Прилогу бр.7. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном понуде неће бити узете у даље разматрање“. У овој тачки је садржан одговор на постављено питање.

Питање бр 2: „Захтев број 5. Регулација висине стола без јастука: минимална висина од 650 мм и ниже – максимална висина од 950 мм и више да ли је за наручиоца прихватљива понуда стола са регулацијом висине од 680 – 1120мм, што је изузетно мала разлика у најнижем положају и ни на који начин не умањује функционалност стола чак је и много боље од траженог?“

Питање бр 3: „Захтев број 8. Ножни делови: $\pm 80^\circ$ са функцијом бочног ширења и више, да ли је за наручиоца прихватљива понуда стола са моторним нагибом ножних делова у опсегу $+70^\circ$ – 90° и додатним, гасном опругом асистираним, нагибом од 90° ?“

Питање бр 4: „Захтев бр 10. Део за главу са двоструким зглобом: опсег регулације предњег зглоба $+45^\circ$ и више/- 45° и мање да ли је за наручиоца прихватљива понуда стола са делом за главу са двоструким нагибом: опсег регулације предњег зглоба $+25^\circ$ / - 45° “

ОДГОВОР: У делу захтева под редним бројевима 5, 8 и 10 из Минималних техничких карактеристика конкурсне документације, наручилац остаје при својим захтевима.

Питање бр 5: „Захтев бр.13. Точкови двоструки пречника минимум 150 мм, окретни око вертикалне осе с обзиром да само један произвођач нуди ОП сто са точковима пречника 150 мм, да исти не би био фаворизован овим захтевом, питамо да ли ће наручилац прихватити понуду стола са двоструким точковима пречника 125 мм?“

ОДГОВОР: Наручилац ће понуде операционог стола са точковима пречника 125 мм, сматрати прихватљивим.

Питање бр 6: „Захтев бр.16. Радна ширина стола: минимум 520 мм до 540 мм да ли је за наручиоца прихватљива понуда стола који има радну ширину од 550 мм? Ово одступање је минимално и како је укупна ширина стола иста као и код свих осталих произвођача, 600мм сматрамо да је ово предност за корисника.“

ОДГОВОР: За наручиоца ће бити прихватљива понуда стола са радном ширином од 550 мм.

Питање бр 7: „Захтев бр.24.6 Радијални фиксатор са регулацијом по висини и бочно (2 комада) Молимо наручиоца да детаљније објасни шта сматра радијалним фиксатором са регулацијом по висини и бочно.

ОДГОВОР: Радијални фиксатор је додатак операционог стола који се монтира на бочним шинама стола, а служи за фиксирање акцесорија потребних током операције.

Питање бр 8: „Захтев бр.24.9 Шипке за држање главе у седећем положају.Молимо наручиоца да детаљније објасни овај захтев. За сигурно фиксирање главе у седећем положају поред наведене шипке за држање главе у седећем положају и делова из претходног захтева (прибор наведен у захтеву 23.8) потребно је имати и Доро или како га неки зову Meyfield систем за држање лобање. Ту су укључени и: Доро основна јединица, Доро адаптер за држање лобање, Доро држач лобање и Доро пинове (три шиљка) за одрасле за држање лобање. Потребно је да наручилац све ове ставке наведе у захтеву јер исте имају своју цену која је значајна а без наведеног прибора кориштење само шипке и постављање пацијента у безбедан положај није могуће.

ОДГОВОР: Одговор на ово питање већ је садржан у Појашњењу конкурсне документације за ову јавну набавку бр. 887 од 17.07.2014.године.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
