



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 26.08.2014.

БРОЈ: 1082

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ОПРЕМА ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ ЗА ГАК**

Број јавне набавке 293К/2014

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу Управе за јавне набавке и
сајту Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на
додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

**ПИТАЊА ЗА ПАРТИЈУ 4. – ТРИ-ОКУЛАРНА ЛУПА ЗА ПРЕГЛЕД АСПИРАТА И РУКОВАЊЕ
ЋЕЛИЈАМА:**

1. Да ли је лупа предвиђена да буде у комори са интегрисаним светлом и интегрисаном грејном плочом?
2. Уколико је одговор на предходно питање позитиван да ли је неопходно понудити додатну грејну плочу (редни број 5. Техничке карактеристике у Партији 4.)?

ОДГОВОРИ:

1. Поменути микроскоп треба да има сопствену светлост и грејну плочу. Није предвиђен за уграђивање.

С поштовањем,

ЧЛАН КОМИСИЈЕ

Владан Долаш дипл.правник