



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 25.08.2014.
БРОЈ: 1072

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА

Број јавне набавке 306K/2014

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу Управе за јавне набавке и сајту Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

1. На страни 3/52 конкурсне документације под тачком 1. Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена наведено је следеће: „Пратећа документа и штампана литература коју обезбеди понуђач могу бити на другом језику, под условом да их прати тачан превод релевантних пасуса, на српски или енглески језик“. Да ли се овај навод односи и на произвођачке ауторизације, сертификате за сервисере и осталу пратећу документацију?
2. На страни 35/52 конкурсне документације у делу који се односи на Техничке карактеристике по захтеву наручиоца везано за партију 2- Дигестор, под тачком осам наведено је следеће: “Ормари (испод радне површине) за смештај боца са хемикалијама и бојама за текући рад“. Молимо Вас да нам појасните да ли је потребно испод радне површине дигестора понудити орман од иверице или неки од сигурносних ормана за складиштење:
 - а) подпултни сигурносни орман за складиштење киселина и база у складу са стандардом EN 14727
 - б) подпултни сигурносни орман за складиштење испарљивих и запаљивих супстанци у складу са стандардом EN 14470-1
 - ц) комбиновани подпултни орман за складиштење киселина и база, испарљивих и лако запаљивих супстанци у складу са стандардом EN 14470-1Уколико је одговор под а, б или ц, молимо Вас да наведете да ли је потребно да орман буде димензија оквирно 1400мм или 1100мм (димензије су стандардне код свих произвођача)?
Уколико је одговор под б, молимо Вас да наведете да наведете класу ватроотпорности 30,60 или 90 минута?
3. На страни 35/52 конкурсне документације у делу који се односи на Техничке карактеристике по захтеву наручиоца везано за партију 2- Дигестор, под тачком 6 наведено је следеће: “Површина са судопером да има високу хемијску и биолошку отпорност тј. да је од киселоотпорног, базноотпорног и термоотпорног материјала.“ Молимо Вас да наведете оквирне димензије корита судопере и да ли је потребно уградити славину и коју (само хладна вода или и хладна и топла, само топла и уколико је потврдан одговор да ли мора да буде у складу са стандардом EN 13792 :2002 за лабораторијске славине)
4. На страни 35/52 конкурсне документације у делу који се односи на Техничке карактеристике по захтеву наручиоца везано за партију 2- Дигестор, под тачком 10- наведено је да дигесторски вентилатор има уграђен микробиолошки филтер. Молимо Вас да појасните на коју врсту и коју класу филтера се односи?

ОДГОВОРИ:

1. Ауторизације, сертификати за сервисере и остала пратећа документација може бити на другом језику, под условом да их прати тачан превод релевантних пасуса, на српски или енглески језик.
2. С обзиром да имамо ормар за опасне хемикалије унутар Бактериолошко-паразитолошке лабораторије, ормар смештен испод радне површине дигестора може бити израђен од иверице, с тим да висина доње ивице ормара мора бити издигнута 15-20 см од пода због хигијенског чишћења
3. Корито судопере са чесмом треба да је смештено у десном углу (ка зиду) и треба да има следеће димензије: ширина 30-35 цм, дубина 40-45 цм а висина тј. дубина удубљења 20-25 цм. Потребно је уградити славину за доток хладне и топле воде. У вези стандарда EN13792/2002, са аспекта безбедности и здравља на раду није потребно да овај стандард буде испуњен. У овом тренутку не располажемо информацијом да ли ће у процесу акредитације Службе за микробиологију бити неопходно испуњење овог стандарда.
4. Под микробиолошким филтером подразумевамо “Хепа” филтер класе Н-13. Напомињемо да у конкурсној документацији обавезно треба приложити атест за уграђени “Хепа” филтер.

С поштовањем,