



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 11.09.2014.

БРОЈ:

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Медицинска опрема и хируршки инструменти за Ургентни центар

Број јавне набавке 316K/2014

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. Дана 03.09.2014. године упутили смо Вам захтев за додатно појашњење за партију бр. 3- СУВИ СТЕРИЛИЗАТОР, где смо поред питања везаних за техничку спецификацију, захтевали и измену конкурсне документације у делу остали обавезни услови и достављање Решења о регистрацији код Агенције за лекове и медицинска средства као и код осталих партија. Добијеним појашњењем и изменом конкурсне документације нисте обухватили одговор на наш захтев од 03.09.2014.

ОДГОВОР:

1. Наручилац је појашњењем од 05.09.2014. године, одговорио на питања постављена дана 03.09.2014. од стране потенцијалног понуђача, тако што је у појашњењу изјавио да је на постављена питања одговорено кроз измену конкурсне документације. Дана 05.09.2014. године, наручилац је извршио измену конкурсне документације која је обухватила питања везано за ставке 1.2 и 1.11. за партију бр. 3, а што се тиче ставке 1.3. за наручиоца је прихватљиво да температурни опсег буде до 250°C. Решење о регистрацији код Агенције за лекове и медицинска средства тражено је у прилогу бр. 7 конкурсне документације и у првобитној и у измењеној конкурсној документацији.