



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 29.09.2014.
БРОЈ: 1242

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОПРЕМА ЗА КЛИНИКУ ЗА ПУЛМОЛОГИЈУ

Број јавне набавке 348К/2014

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и
интернет страници Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на
додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

1. „Партија 2 - Холтер за крвни притисак - У обрасцу понуде је наведена количина 2 комада.
Да су вам потребна 2 независна система (2 софтвера + 2 рикордера) или 1 систем са 2 рикордера
(1 софтвер + 2 рикордера)?“
2. „Партија бр. 1-Фиброоптички бронхоскоп, на страни 28, „А:Техничке карактеристике по
захтеву наручиоца“ захтевају се следеће карактеристике:
Редни број 2: Дубина видног поља 3-50мм
Техничком карактеристиком "дубина видног поља 3-50 мм" врши се директна елиминација
других светских произвођача присутних на нашем тржишту. Ова карактеристика треба да буде
квалитативна, али не и елиминациона. Требало би да носи карактеристику нпр.: од 1-50 мм. Наш
предлог је да се изменом конкурсне документације у виду повећања наведеног распона дубине
видног поља омогући учешће што већег броја понуђача како би се испоштовао члан 10 ЗЈН од
стране Наручиоца.
3. „Партија бр. 1-Фиброоптички бронхоскоп, на страни 28, „А:Техничке карактеристике по
захтеву наручиоца“ захтевају се следеће карактеристике:
Редни број 5: Пречник радног канал 3,0 - 3,2 мм
Техничком карактеристиком " пречник радног канал 3,0 - 3,2 мм " врши се директна елиминација
других светских произвођача присутних на нашем тржишту. Ова карактеристика треба да буде
квалитативна, али не и елиминациона. Требало би да носи карактеристику нпр.: од 2,8 - 3,2 мм.
Пар мм пречника радног поља ни у ком случају неће донети бенедит. Овај захтев од стране
Наручиоца ће само онемогућити учешће других понуђача, чиме се директно крши члан 10 ЗЈН

ОДГОВОРИ:

1. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.
2. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.
3. Широко радно канал фиброоптичког бронхоскопа пречника најмање 3мм је, према нашем
вишегодишњем искуству, неопходан предуслов за спровођење, пре свега, терапијских
бронхоаспирација у јединицама интензивне неге и интервентних пулмолошких процедура (боља и
ефикаснија сукција, значајно боља контрола масивних хемоптизија, знатно прецизнија и
комфорнија примена АПЦ и криотерапије). Такође, оштећења радног канала услед трења при
понављаним биопсијама (посебно из горњих плућних режњева) у току једне процедуре су значајно
мања код бронхоскопа чији је радни канал 3мм и више. Осим тога, могућа је и примена већих
форцепса како у циљу узимања већих узорака ткива тако и за екстракцију страних тела. Примена
фиброоптичких бронхоскопа са радним каналом од 3мм и више у локалној анестезији, значајно је
смањила број знатно инвазивнијих и ризичнијих по пацијенте ригидних бронхоскопија у општој
анестезији. Сходно томе, не сматрамо да је разлика у ширини радног канала са медицинског
аспекта безначајна.

Дате техничке карактеристике бронхоскопа су у складу са реалним потребама Одељења
бронхоскопије и инвазивне дијагностике Клинике за пулмологију КЦС у коме се годишње уради
преко 3500 фиброоптичких бронхоскопија и мишљења смо да нису формиране у циљу
дискриминације било ког понудјача

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ