



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ:

БРОЈ:

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА

Број јавне набавке 430K/2014

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу Управе за јавне набавке и
сајту Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на
додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

1. „Према Вашем јавном позиву број 430K/2014 молим Вас да појасните следеће:
1. У додатним условима за учешће у поступку, ставка 6, 1) фотокопије сертификата
С обзиром да је у питању јавни позив за набавку добара, а не сервисирање и набавка
делова, молим Вас да појасните да ли је одговарајуће доставити генералну ауторизацију за
партије 1,2,3,4 и 5 произвођача на којој је наглашено да је дистрибутер овлашћен за ПРОДАЈУ
и СЕРВИС понуђене опреме.
Молим Вас да имате у виду да за неке једноставније уређаје (попут аутоматских пипета)
произвођачи не организују обуку и не издају сертификате на име сервисера. Најчешћа врста
ауторизације коју дају ино партнери / произвођачи, након извршене провере да је сервисна
служба дистрибутера у могућности да изврши квалитетан сервис и подршку у раду уређаја, је
генерална ауторизација за ПРОДАЈУ и СЕРВИС.“
2. „За партију бр.5 – Мултиканална пипета тражена је пипета са варијабилном (променљивом)
запремином, универзална од 20-200µl. Да ли прихватате мултиканалну пипету са
варијабилном (променљивом) запремином од 30-300 µl?“
3. „За партију бр.8 – Магнетна мешалица за подлоге у минималним техничким
карактеристикама је тражено да је регулација температуре од собне до 450-540°C. Да ли
прихватате регулацију температуре од 50°C до 350°C?“

ОДГОВОРИ:

1. Потребно је доставити фотокопију важећег сертификата о обављеној обуци за сервисирање
опреме која је предмет набавке.
2. Неопходна нам је мултиканална пипета са варијабилном (променљивом) запремином,
универзална од 20-200µl.
3. Тражимо добро са регулацијом температуре од собне до 450-540°C.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

