



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 13.09.2013.

БРОЈ: 648

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЕЛЕКТРОХИРУРШКЕ ЈЕДИНИЦЕ**

Број јавне набавке 127K/2013

По јавном позиву објављеном на порталу Управе за јавне набавке и на сајту Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

1. По питању карактеристика наведеног апарата а везано за HF генератор наручилац ће у разматрање узети и понуде које за понуђене партије нуде добро генератора до 400kHz.
2. По питању омчи за полипектомију, сматрамо да је плетена жица по мнгим својим карактеристикама у предности од неупредене (манје трауматичне за ткиво, боља дисперзија електричне енергије, савитљива, трајнија).
3. По питању процењене вредности наручилац није дужан да исту саопшти понуђачу.

С' поштовањем,

ЗАМЕНИК СЕКРЕТАРА КОМИСИЈЕ

Душан Давидовић дипл.правник