



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 1505

Датум: 17.11.2014.

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 402 К /2014

Partija 4.

Stavka 9. Zapremina do 42 litra

PITANJE: Da li je prihvatljiva zapremina inkubatora od 48 litara?

Odgovor :

Ograničili smo zapreminu do 42 litra, iz praktičnih razloga. U okviru ove nabavke nabavljaju se autoklavi zapremine 50-60 litara. Naš odgovor u ovom slučaju glasi da se ne prihvata nuđenje autoklava zapremine veće od 42 litra, što Vas ne sprečava da ponudite nešto manju zapreminu, npr. između 35 i 42 litra.

Stavka 15. Dekontaminacija suvim vrelim vazduhom na 125°C

PITANJE: Da li je prihvatljiva dekontaminacija/dezinfekcija suvim vrelim vazduhom na 120°C imajući u vidu da je razlika samo u vremenu trajanja autodezinfekcije od svega nekoliko minuta?

Odgovor:

Dekontaminacija na 120°C nije isto što i dezinfekcija na 120°C. 125°C je minimum, što Vas ne sprečava da ponudite CO₂ inkubator koji ima dekontaminaciju na višim temperaturama od 125°C (ima proizvođača koji nude dekontaminaciju na 140°C, 160°C, pa čak i 180°C).

Partija 7.

Stavka 5. Sterilizacioni ciklus:

Mogućnost sterilizacije vrućim vazduhom na 180°C; automatsko održavanje vlage na više od 95%; sistem za sprečavanje kondenzacije vlage perma dry.

PITANJE 1: Perma dry sistem za sprečavanje kondenzacije odnosi se samo na proizvođača Binder. Da li su moguća druga rešenja za sprečavanje kondenzacije u inkubatoru koja su jednako efikasna?

Odgovor:

Možete da ponudite i druga rešenja za sprečavanje kondenzacije u inkubatoru ukoliko su jednako efikasna kao Perma Dry System.

PITANJE 2: Da li je prihvatljiva autosterilizacija vrućim vazduhom na 120°C imajući u vidu da je razlika samo u vremenu trajanja ciklusa sterilizacije i zadovoljava potrebe radnog procesa u IVF laboratoriji?

Odgovor:

Ne, kratkotrajna sterilizacija na 120°C nije autosterilizacija, već dezinfekcija vrućim vazduhom. Po pravilniku Svetske zdravstvene organizacije minimum sterilizacije vrelim vazduhom na 120°C iznosi 2 sata. Što se temperatura povećava, vreme sterilizacije se skraćuje, tako da na 160°C sterilizacija traje do 1 h, na 180°C još i kraće.

Molimo da ponudite aparat koji omogućava traženu temperaturu sterilizacije.

Stavka 1. CO₂ inkubator, model sa jednim vratima unutrašnje zapremine od 50 do 60 litara.

PITANJE: Da li je prihvatljiva zapremina od 48 litara, obzirom da je zapremina unutrašnje korisne površine zanemarljive?

Stavka 1. CO₂ INKUBATOR – već smo odgovorili na početku na ovo pitanje.

Partija 11. Set za krioprezervaciju gameta i embriona

Stavke 1.1, 1.3, 1.4, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 2.1 –

PITANJE: Da li je prihvatljivo variranje u dimenzijama i kapacitetu uređaja istih karakteristika i namene od +/-5% kako bi ravnopravno mogla da bude ponuđena i oprema istog kvaliteta a ostalih proizvođača osim Taylor Wharton.

Odgovor: Prihvatljivo je nuđenje svih proizvođača koji ispunjavaju tražene tehničke karakteristike uz nuđenje opreme vrhunskog kvaliteta.

Stavka 1.13.

PITANJE 1: Da li je prihvatljiv odgovarajući sistem za praćenje tečnog azota i automatsko dopunjavanje koji po karakteristikama odgovara Cryo Con sistemu, samo drugog proizvođača?

Odgovor: Apsolutno je prihvatljiv bilo koji sistem za koji možete dokazati da ispunjava tražene tehničke karakteristike od drugog proizvođača.

PITANJE 2: Traži se sistem "za ručno dopunjavanje" uz sistem za automatsko dopunjavanje. Da li ovaj sistem treba da bude kompatibilan sa kontejnerom za transportovanje i čuvanje tečnog azota od 70 litara koji je predmet nabavke ove partije, a prema navedenim tehničkim karakteristikama je deo automatskog sistema za pretakanje tečnog azota? Ako ne, sa kojim kontejnerom za čuvanje i pretakanje tečnog azota sistem za ručno dopunjavanje treba da bude kompatibilan?

Odgovor: Sistem za ručno dopunjavanje služi da se koristi ukoliko iz bilo kog razloga otkaže automatsko dopunjavanje i taj sistem treba da bude kompatibilan sa navedenim kontejnerom za čuvanje i pretakanje tečnog azota.

Stavke 3. i 4.

PITANJE: Da li je prihvatljiv kit za vitrifikaciju koji funkcioniše po istom principu kao i opisani CryoLogic sistem, tj. kriokupatilo ("CV šolja/sud") – vitrifikacioni blok, ali nema odmarač za ruku i može da koristi sistem za čuvanje gameta i embriona bilo kog proizvođača?

Odgovor: Prihvatljiv je kit za vitrifikaciju koji ima tražene tehničke karakteristike kao u tenderskoj dokumentaciji.

Odmarač za ruku je neophodan dodatak za rad u praksi, tako da Vas molimo da ponudite sve što je traženo.

Partija 10:

1. Molimo Vas da definišete koje rotore i eventualne nosače treba ponuditi uz centrifugu.

Odgovor: Potrebno je ponuditi krstasti rotor sa 4 adaptera sa po 7 mesta po adapteru (ukupno 28) za epruvete 17x100 i dodatnih 4 adaptera sa po 9 mesta (ukupno 36 mesta) za mikro kivete od 1,5-2ml. Može se nuditi i centrifuga koja ima bolji kapacitet od traženog, ali ovo je minimum.

2. Da li je prihvatljivo za istu partiju ponuditi centrifugu sa 4000 obrtaja u minuti?

Odgovor: Može se nuditi centrifuga koja ima maksimalni broj obrtaja 4000.

Partija 1:

U MINIMALNIM TEHNIČKIM KARAKTERISTIKAMA za PARTIJU broj 1. ULTRAZVUČNI APARAT u osnovnim karakteristikama i funkcijama, pod rednim brojem 1.4 Naručilac zahteva „Aparat poseduje kontrolni ekran osetljiv na dodir, integrisan na operativnoj tabli, dijagonale minimum 10 inch“.

Naše pitanje je: da li je za naručioca prihvatljiva izmena zahteva u „Aparat poseduje kontrolni ekran osetljiv na dodir, integrisan na operativnoj tabli, dijagonale minimum 8.9 inch“ ? Na taj način bi ste povećali mogućnost učestvovanja većeg broja ponuđača a pritom ne bi ste izgubili na kvalitetu aparata niti dijagnostike jer razlika u veličini dijagonale „touch screen-a“ od 1.1“ (inch) ne predstavlja nikakav kvalitet niti menja samu funkcionalnost touch screen-a već samo vizuelni efekat koji nije predmet javne nabavke.

Odgovor: Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача да апарат поседује контролни екран осетљив на додир, интегрисан на оперативној табли дијагонале минимум 8,9“.

2. U MINIMALNIM TEHNIČKIM KARAKTERISTIKAMA za PARTIJU broj 1. ULTRAZVUČNI APARAT u osnovnim karakteristikama i funkcijama, pod rednim brojem 1.6. Naručilac zahteva „Aparat poseduje fabrički ugrađena 4 konektora za sonde od kojih su aktivna samo tri konektora, tip sonde koji se nabavlja, ne za „pencil“ ili druge specijalne sonde, svaku sondu je moguće priključiti u svaki od konektora“. Da li je za Naručioca prihvatljiva izmena zahteva u „Aparat poseduje fabrički ugrađena 4 konektora za sonde od kojih su aktivna samo 3 konektora, tip sonde koji se nabavlja, ne za „pencil“ ili druge

specijalne sonde, svaku sondu je moguće priključiti u svaki od 3 aktivna konektora“? Na taj način Naručilac neće izgubiti na kvalitetu samog aparata jer mogućnost povezivanja svih sondi na svaki konektor ne predstavlja određeni kvalitet koji će doprineti radu krajnjeg korisnika kojem je sasvim svejedno da li svaka sonda može da se priključi na svaki konektor jer je suština ovog zahteva da sonde koje se nabavljaju mogu biti priključene u sve aktivne konektore, kojih u ovom slučaju ima 3 i da krajnji korisnik može elektronskim putem u svakom trenutku uraditi promenu sonde (što ne zavisi od toga da li svaka sonda može da se poveže na svaki konektor).

Одговор: Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача. Прихватиће се понуда за апарат који има четири конектора за сонде од којих су 3 активна.

U MINIMALNIM TEHNIČKIM KARAKTERISTIKAMA za PARTIJU broj 1. ULTRAZVUČNI APARAT u osnovnim karakteristikama i funkcijama, pod rednim brojem 1.13. Naručilac zahteva “Minimalna vrednost za maksimalni broj frejmova u 2D modu 2000 fps”.

Naše pitanje je : da li je za naručioca prihvatljiva izmena navedenog zahteva u “*Minimalna vrednost za maksimalni broj fejmova u 2D modu 1200 fps*”? Imajući u vidu da zahtevana karakteristika isključuje veliki broj ponuđača dok sa druge strane ne doprinosi značajno u poboljšavanju samog kvaliteta dijagnostikovanja jer će se aparat primenjivati u oblasti ginekologije i akušerstva za šta nije uobičajeno da se zahteva visoka vrednost frame rate-a kao što je slučaj kod primene u kardiologiji (veliki broj renomiranih ustanova u svojim tenderskim zahtevima za aparate koji će se primenjivati u ginekologiji i akušerstvu zahteva minimum 500 frejmova po sekundi) osim toga krajnji korisnik nije u mogućnosti da detektuje veliki broj frejmova u realnom vremenu tako da je vrlo upitno da li će ovakav zahtev imati svrhu (procena je da ljudsko oko detektuje do 30 frejmova /sekundu). Molimo Vas da pozitivno odgovorite na naš zahtev.

Одговор: Не прихвата се сугестија заинтересованог понуђача. Наручилац остаје при захтеву и неће снижавати техничке карактеристике апарата у погледу броја фрејмова у секунди пошто сматра да број фрејмова у секунди у комбинацији са осталим хардверским и софтверским опцијама значајно утиче на квалитет слике. Поменути захтев није елиминаторан, обзиром да наручилац има сазнања да технички захтев испуњава више произвођача чији су апарати доступни на тржишту.

U MINIMALNIM TEHNIČKIM KARAKTERISTIKAMA za PARTIJU broj 1. ULTRAZVUČNI APARAT u osnovnim karakteristikama i funkcijama, pod rednim brojem 1.11. Naručilac zahteva “Maksimalna dubina skeniranja u B modu minimum 38 cm”.

Da li je za Naručioca prihvatljiva izmena ovako definisane karakteristike u “maksimalna dubina skeniranja u B modu minimum 36 cm”? S obzirom da je po specifikaciji opisan ultrazvučni aparat srednje klase za koje je uobičajena dubina skeniranja do 36 cm molimo Vas da je prilagodite jer tako dobijate mogućnost učestvovanja više potencijalnih ponuđača i samim tim dobijanja mogućnost dobijanja kvalitetnijeg rešenja. Razlika u dubini skeniranja od 2 cm neće bitno uticati na kvalitet dijagnostike, za kvalitetniju dijagnostiku bi mnogo više uticale kvalitetnije karakteristike sonde koje se zahtevaju npr. vaginalna sonda sa 192 kristalna elementa a ne 128 kao što se zahteva ili konveksna sonda od 1-8 MHz a ne od 2-6MHz koliko se zahteva.

Одговор: Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача иако поседује информације да захтев није елиминаторан. Прихватиће се понуда за апарат који има максималну дубину скенирања у Б моду минимум 36 cm.

U MINIMALNIM TEHNIČKIM KARAKTERISTIKAMA za PARTIJU broj 1. ULTRAZVUČNI APARAT u NAPREDNIM TEHNIKAMA, pod rednim brojem 2.6. Naručilac zahteva “Aktivna opcija za automatsko određivanje tačnog položaja i orijentacije sonde pri pregledima vaginalnom sondom”.

Da li je za Naručioca prihvatljivo isključivanje ove karakteristike ili prebacivanje iste u bodovni kriterijum jer je spomenuta tehnika karakteristična samo za jednog proizvođača.

Одговор: Не прихвата се сугестија заинтересованог понуђача. Наручилац остаје при захтеву и неће снижавати техничке карактеристике апарата у погледу опције аутоматског одређивања тачног положаја и оријентације сонде при вагиналним прегледима. Наручилац сматра да је ова опција

предност у процедурама које се користе при вантелесној оплодњи тј. прецизно се може одредити тачан положај сонде у односу на јајнике и фоликуле. Колико је наручиоцу познато ова опција није везана за само једног произвођача, а није могуће мењати критеријуме за доделу уговора.

U MINIMALNIM TEHNIČKIM KARAKTERISTIKAMA за PARTIJU број 1. ULTRAZVUČNI APARAT у ARHIVIRANJU I UMREŽAVANJU, под редним бројем 3.1. Наручилац захтева “Меморија од minimum 10.000 слика или 500MB”.

Да ли је за Наручиоца прихватљива измена карактеристике у “Меморија од minimum 5.000 слика или 256 MB”? На тај начин би се омогућила већа конкурентност међу потенцијални понуђачима док са друге стране крајњи корисници неће осетити драстичну промену у количини компресованих слика при посматрању снимка unazad јер се такве разлике могу приметити само ако је разлика у капацитету меморије драстично велика npr. између меморије од 128 MB и меморије од 512MB. Молимо Вас да позитивно одговорите на наш захтев како би сте омогућили што већи број потенцијалних понуђача.

Одговор: Не прихвата се сугестија заинтересованог понуђача и наручилац неће снижавати техничке карактеристике апарата у погледу капацитета меморије. Наручилац је определио средства за куповину апарата наведених техничких карактеристика и има намеру да за опредељена средства купи апарат оптималних карактеристика. Захтев није елиминаторан и тражену карактеристику може да задовољи више произвођача.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
