



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 1677

Датум: 12.12.2014.

**ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ:
434 К /2014**

Партија бр.1: Операциони сто

Питање бр.1: „Висина стола без тапацирунга 600 mm и ниже до 950 mm и више“

Да ли је могуће понудити сто чије је померање од 690 mm до 1050 mm с обзиром да 90 mm не утиче битно на функционалност стола и извођениа било којег хируршког захвата а да притом нудимо сто чије је померање на горе до 1050 mm, мислимо да је ова разлика од 90 mm у потпуности задовољена ?

ОДГОВОР: - Да, прихватљиво је.

Питање бр.2: „Померање дела стола за положај ногу +80° и више / -90 ° и ниже“

Да ли је могуће понудити сто чије је померање ногу од +20 ° / -90 ° ? Ако НЕ, да ли можете да нам појасните за које је захвате предвиђен сто који тражите и за које потребе Вам је потребно померање ногу од + 80 °?

ОДГОВОР: - Да, прихватљиво је.

Питање бр.3: „Горња плоча мора бити из 6 секција: положај за главу, леђа, краће верзије за леђаса обе стране стола, седећи део и део стола за положај ногу који је раздвојив“

Да ли могуће понудити сто који се састоји од 5 секција: положај за главу, леђа, седећи део и део стола за положај ногу који је раздвојив?

ОДГОВОР: - На ово питање је одговорено кроз измену конкурсне документације.

Питање бр.4: „Такође на стубу стола је неопходно да се налази управљачка плоча за све битне функције стола“

Да ли је могуће понудити сто који нема управљачку плочу на стубу?

ОДГОВОР: - Сто мора имати поред даљинског управљача и управљачку плочу.

ЧЛАН КОМИСИЈЕ
