



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

СВИМ УЧЕСНИЦИМА У ПОСТУПКУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 456/2014К/14

МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА: ОПРЕМА ЗА ЦЕНТАР ЗА РАДИОЛОГИЈУ И МАГНЕТНУ РЕЗОНАНЦУ

Питање 1. – На страни 31 од 49 конкурсне документације ставка под редним бројем 1.1.8. захтева могућност упареног вертикалног кретања РТГ цеви и детектора....

ОДГОВОР: Прихвата се предлог измене тако да тачка 1.1.8. техничке спецификације сад гласи:

1.1.8. Могућност упареног вертикалног кретања РТГ цеви и буџија пацијент стола као и РТГ цеви и буџија вертикалног статива, са константним одржавањем СИД-а.

Питање 2. – На страни 32 од 49 конкурсне документације ставка под редним бројем 1.7.8. захтева аутоматску детекцију зрачења детектора (ауто тригеримг или еквивалент)...

ОДГОВОР: Наручилац је тендерску документацију и тражену техничку спецификацију као њен саставни део дефинисао у складу са својим потребама. Како је потреба наручиоца да бежични флат панел детектор који се набавља у скопу овог уређаја користи и за дигитализацију других аналогних апарата у КЦС, неопходно је да панел има ову функционалност. У том случају детектор не захтева физичку конекцију са генератором, а преко аквизиционе радне станице се врши „препознавање“ зрачења којом је изложен. Наручилац остаје при свом захтеву.

Питање 3. – Вашом техничком карактеристикама за набавку партије број 2 – дијагностичке радне станице, под ставком 2.5 тражили сте следеће: „Могућност приказа и евалуације еника са DX, MG, MR, CT, XA, RF, CR“ питамо наручиоца да следеће:

Да ли под појмом евалуације наручилац захтева обраду снимака (са поменутих дигиталних модалитета DX, MG, MR, CT, XA, RF, CR) у смислу добијања дијагностичког извештаја?

ОДГОВОР 3. - Наручилац је тендерску документацију и тражену техничку спецификацију као њен саставни део дефинисао у складу са својим потребама. У склопу дијагностичке радне станице неопходно је да корисник има могућност приказа и евалуације еника са других дигиталних модалитета. Под појмом евалуације еника подразумевају се и основне обраде снимка као што су увећање, мењање контраста и осветљаја, окретање, обртање, („флиповање“), инверзија ...

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ