



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ:

БРОЈ:

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ПОРТАБИЛНИ АПАРАТ ЗА УЛТРАЗВУЧНЕ ПРЕГЛЕДЕ**

Број јавне набавке 474K/2014

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу Управе за јавне набавке и
сајту Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на
додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. „Да ли је за наручиоца прихватљив модел портабилног УЗ који одговара по свим траженим
ОБАВЕЗНИМ техничким карактеристикама али не испуњава ДОДАТНИ захтев: Интегрисана
батерија за рад УЗ апарата независно од електричног напајања најмање 90 минута у Б моду?“

ОДГОВОР:

1. Није прихватљив УЗ апарат који не поседује интегрисану батерију за рад УЗ апарата
независно од електричног напајања најмање 90 минута у Б моду.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
